



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 7 czerwca 2018 r.

AG.ZP.3320.3z. .18

Dotyczy: Wyjaśnienia treści zaproszenia do złożenia oferty.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści zaproszenia do złożenia oferty opracowanego do postępowania na dostawę narzędzi neurochirurgicznych. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienie:

Pytanie 1: Zadanie nr 2, poz. 20

Czy Zamawiający dopuści pęsetę tamponową do nosa Gruenwald (Jansen), bagnetowa, dł. 21,5 cm?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 2: Zadanie nr 2, poz. 33

Czy Zamawiający dopuści mikro dyssektor, prosty, wąski, 23 cm?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 3: Zadanie nr 2, poz. 38

Czy Zamawiający dopuści obcęgi boczne utwardz. do cięcia drutów, zagięte, dł. 17 cm?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 4: Zadanie nr 2, poz. 39

Czy Zamawiający dopuści raspator Mikro Caspar, zagięty, 4.5 mm, 23 cm?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie 5: Zadanie nr 2, poz. 42

Czy Zamawiający dopuści odgryzacz kostny dwudźwigniowy Frykholm, dł. 24,5 cm?

Wyjaśnienie: Tak.

pyt. 1 dotyczy zadania nr 2 poz. 21

Czy Zamawiający dopuści pęsetę oponową t. Jefferson o dł. 180 mm, 1x2 zęby?

Wyjaśnienie: Tak.

Pyt. 2 dotyczy zadania nr 2 poz. 38

Czy Zamawiający dopuści szczypce do cięcia drutu t. Reil dł. 175 mm?

Wyjaśnienie: Tak.

Pyt. 3 dotyczy zadania nr 2 poz. 39

Czy Zamawiający dopuści Retraktor nerwu t. Caspar szer. 4 mm, dł. 220 – 240 mm?

Wyjaśnienie: Tak.

pyt. 1 dotyczy zadania nr 2 poz. 33

Czy Zamawiający dopuści mikrodissektor prosty o lekko zakrzywionym końcu szer. 1,2 o dł. 230 mm?



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/NA/Po
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001 : 2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000 : 2005



KOMITET
UPOWSZECZNIANIA
KARMIEŃIA
PIERSIĄ



tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:

szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 1 - Uzupełnienie zestawu narzędzi do endoskopowej chirurgii kręgosłupa odcinka lędźwiowego model Easy GO produkcji Karl Storz

Dot. załącznika nr 2 punktu 1 - Czy Zamawiający może odstąpić od wymogu potwierdzenia jakości stali chirurgicznej, standardów procesów produkcyjnych, wymogów w zakresie procesów biznesowych następującymi certyfikatami i dokumentami: DIN EN 980, DIN EN 1041, DIN EN ISO 17664, DIN EN ISO 14971, DIN EN ISO 10993-1? Uzyskanie tak szczegółowych informacji od producenta jest bardzo czasochłonne ze względu na specyfikę oferowanych w zadaniu 1 instrumentów. Oferowane narzędzia wyprodukowane są zgodnie z normami EN ISO 7153-1, DIN, 58298, DIN EN ISO 13402.

Wyjaśnienie: Tak, zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie dot. zadania nr 2 – Narzędzia neurochirurgiczne

Czy Zamawiający w zakresie odgryzaczy kostnych typu Kerrison (poz. 1 do 8) dopuści narzędzia ze szczękami tnącymi do góry pod kątem 40 stopni (gdyż tak podaje producent w swoim katalogu), co jest dokładnym odpowiednikiem narzędzia ze szczękami otwartymi do góry pod kątem 130 stopni ?

Uzasadnienie: Producent narzędzi przez nas reprezentowany mierzy kąt cięcia a nie otwarcia i w ten sposób podaje w swoim katalogu drugi z kątów odnoszących się do płaszczyzny narzędzia (180 stopni) zatem przez analogię kąt otwarcia szczęk do góry musi być w tym wypadku 130 stopni.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania nr 2 – Narzędzia neurochirurgiczne

Czy Zamawiający dopuści w poz. 4 narzędzie bez tłoczniaka (wyrzutni)?

Uzasadnienie: Przy tak delikatnym narzędziu o najmniejszej możliwej średnicy, dodatkowo posiadającym cienką stopkę wersja z tłoczniakiem jest rozwiązaniem niestandardowym, wykonywanym na specjalne zamówienie, co znacznie podraża koszt zakupu takiego narzędzia i wydłuża czas realizacji zamówienia.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania nr 2 – Narzędzia neurochirurgiczne

Czy Zamawiający w zakresie szczypiec (rongeur) do usuwania jądra miazdżystego (poz. 9 do 17) wszędzie tam gdzie wymaga narzędzi o szerokości szczęk 5 mm dopuści również narzędzia o szerokości szczęk 4 mm?

Uzasadnienie: Uprzejmie zwracamy uwagę, że wymagane w tym zestawie są narzędzia w różnych wariantach o szerokości szczęk najpierw 2 mm, następnie 3 mm i w tej sytuacji naturalnym dopełnieniem zestawu byłaby seria narzędzi o szerokości 4 mm. Narzędzia o szerokości 5 mm są rozwiązaniem niestandardowym, wykonywanym na specjalne zamówienie, co znacznie podraża koszt zakupu takiego narzędzia i wydłuża czas realizacji zamówienia.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania nr 2 – Narzędzia neurochirurgiczne

Czy Zamawiający w zakresie odgryzaczy kostnych typu Kerrison (poz. 1 do 8) wymaga aby narzędzia posiadały górną sztancę falowaną z otworami bocznymi, zapewniającymi swobodne czyszczenie narzędzia bez konieczności rozkładania?

Uzasadnienie: Rozwiązanie takie nie powoduje wzrostu ceny narzędzia i nie podraża kosztu zakupu, zapewnia natomiast absolutne bezpieczeństwo wynikające z możliwości najdokładniejszego możliwego wyczyszczenia narzędzia przed jego ponowną

dezynfekcją i sterylizacją. Brak konieczności rozkładania narzędzia powoduje jego dużo mniejszą awaryjność oraz znacznie przyspiesza możliwość jego ponownego użycia (proces czyszczenia jest też znacznie krótszy). Wszystkie opisane powyżej cechy powodują znaczne wydłużenie cyklu życia narzędzia, które może być jeszcze dodatkowo poddane kilkukrotnej regeneracji, co oprócz komfortu i bezpieczeństwa pracy daje bardzo wymierne oszczędności szpitalowi.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie dot. zadania nr 2 – Narzędzia neurochirurgiczne

Czy Zamawiający dopuści w poz. 20 narzędzie równoważne (tego samego typu, rodzaju, kształtu i do tego samego zastosowania) i dł. 195 mm, wszystkie pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania nr 2 – Narzędzia neurochirurgiczne

Czy Zamawiający dopuści w poz. 23 narzędzie równoważne (tego samego typu, rodzaju, kształtu i do tego samego zastosowania i dł. 225 mm (jak w poz. 22), wszystkie pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania nr 2 – Narzędzia neurochirurgiczne

Czy Zamawiający dopuści w poz. 26 i 29 narzędzie równoważne (tego samego typu, rodzaju, kształtu i do tego samego zastosowania) i dł. 150 mm, wszystkie pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania nr 2 – Narzędzia neurochirurgiczne

Czy Zamawiający dopuści w poz. 27 narzędzie równoważne (tego samego typu, rodzaju, kształtu i do tego samego zastosowania) i dł. 190 mm, wszystkie pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania nr 2 – Narzędzia neurochirurgiczne

Czy Zamawiający dopuści w poz. 33 i 34 narzędzie równoważne (tego samego typu, rodzaju, kształtu i do tego samego zastosowania) i dł. 190 mm, wszystkie pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania nr 2 – Narzędzia neurochirurgiczne

Czy Zamawiający dopuści w poz. 37 narzędzie równoważne (tego samego typu, rodzaju, kształtu i do tego samego zastosowania) haczyk dwuzębny łańcuszkowy do skalpu, wszystkie pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania nr 2 – Narzędzia neurochirurgiczne

Czy Zamawiający dopuści w poz. 39 narzędzie równoważne (tego samego typu, rodzaju, kształtu i do tego samego zastosowania o szerokości 6 mm i dł. 245 mm, wszystkie pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania nr 2 – Narzędzia neurochirurgiczne

Czy Zamawiający dopuści w poz. 40 narzędzie równoważne (tego samego typu, rodzaju, kształtu i do tego samego zastosowania i dł. 205 mm, wszystkie pozostałe parametry zgodnie z SIWZ ?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie:

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu w załączniku nr 2 (wymóg stawiany narzędziom) dot. „Próbek produktów do każdej pozycji na żądanie zamawiającego” na zapis „przeprowadzenie przez wykonawcę prezentacji oferowanych narzędzi chirurgicznych dla każdej pozycji na żądanie zamawiającego”.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza dokonania prezentacji oferowanych narzędzi chirurgicznych dla każdej pozycji na żądanie zamawiającego.

Pytanie dot. zad. 2 poz. 33:

Prosimy o dopuszczenie mikrodyssektora o takich samych parametrach technicznych tylko dł. 230 mm.

Wyjaśnienie: Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie dotyczy zadania nr 2 narzędzia neurochirurgiczne poz. 21

Prosimy o dopuszczenie pęsety typ Jafferson 1x2 zęby w dł. 180 mm, w przypadku nie wyrażenia zgody na proponowaną długość, prosimy o dopuszczenie pęsety typ Adson 1x2 zęby dł. 150 mm.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza pęsety typ Jafferson 1x2 zęby w dł. 180 mm.

Pytanie:

Czy Kupujący dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie obowiązywania umowy zmianę ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku VAT? (dot. § 4 ust. 2).

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

2. Czy w celu miarkowania kar umownych Kupujący dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1:

1. Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego karę umowną w przypadku niedotrzymania terminu wykonania dostawy przedmiotu umowy albo poszczególnych jego części, określonego w §2 ust. 1, w wysokości 0,2% wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy dzień roboczy zwłoki, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto opóźnionej dostawy.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
lek. med. Andrzej Mielcarek