

**Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
Im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu** (A)

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 07.07.2017 r.

AG.Z.2150.10.11.2017

Dotyczy: odpowiedzi na pytania.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu informuje, że do zaproszenia do złożenia oferty na dostawę sprzętu do zabiegów endowaskularnych na Sali Hybrydowej wpłynęło pytanie.

Poniżej podajemy treść pytania i odpowiedź.

Pytanie 1. Dotyczy zadania nr 10.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie złożenia oferty na Stenty stalowe do dużych naczyń obwodowych na balonie OTW, dł. 16-80 mm, ciśnienie RBP min. 10 atm, reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź na pytanie 1:

Tak, dopuszczamy.

Z-ca DYREKTORA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
ds. Lecznictwa

(-) lek. med. Marek Lipiec



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/NA/Po
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001 : 2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000 : 2005



tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524