



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10, ☎ 84 6773333, ✉ szpital@szpital.zam.pl  
www.szpital.zam.pl, NIP 922 229 24 91, REGON 006050134, KRS 0000021024

Zamość, dnia 11.10.2023 r.

Sprawa: AT.Z.2150.24.2.2023

## Dotyczy: odpowiedzi na pytania

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu informuje, że do „Zaproszenia do złożenia ofert na dostawę ssaka elektrycznego i lamp czołowych laryngologicznych dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu” wpłynęły zapytania.

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi:

### **Pytanie nr 1 (Dot. Zadania nr 2):**

Czy w zadaniu nr 2 akumulator ma być mocowany na czepcu czy ma być mocowany do paska na klipsie?

### **Odpowiedź:**

Akumulator ma być mocowany na czepcu.

### **Pytanie nr 2 (Dot. Zadania nr 2):**

Czy lampa czołowa ma być wyposażona w ładowarkę ścienną z funkcją wieszaka dla lampy czy ma to być zwykła sieciowa?

### **Odpowiedź:**

Lampa czołowa ma być wyposażona w zwykłą ładowarkę sieciową.

### **Pytanie nr 3 (Dot. Zadania nr 2):**

3. Czy Zamawiający dopuści lampę z oświetleniem do 90 000 luxów (w odległości 180mm), równomiernie rozłożone na całym polu światła z temperaturą barwową 5.500 K? Pozostałe parametry bez zmian.

### **Odpowiedź:**

Nie. Zgodnie z SIWZ.

Adam Fimiarez

/-/

Dyrektor Samodzielnego Publicznego  
Szpitala Wojewódzkiego  
im. Papieża Jana Pawła II  
w Zamościu