



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10, ☎ 84 6773333, ✉ szpital@szpital.zam.pl
www.szpital.zam.pl, NIP 922 229 24 91, REGON 006050134, KRS 0000021024

Zamość, dnia 22.08.2023r.

AT.Z.2150.13.1.2023

Dotyczy: odpowiedzi na pytania

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu informuje, że do zaproszenia do złożenia ofert w postępowaniu na dostawę środków ochrony radiologicznej dla dzieci oraz pozycjonerów piankowych wpłynęło zapytanie.

Poniżej podajemy treść pytania i odpowiedź:

Pytanie:

Dotyczy Zadania nr 1

Czy Zamawiający wymaga materiału lekkiego, bezołowiowego – na bazie antymonu i ołowiu – czy też wystarczająca będzie guma ołowiowa o obniżonej wadze?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga materiału ultralekkiego, bezołowiowego, posiadającego Certyfikat potwierdzający spełnienie normy ochrony radiologicznej.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu

Adam Fimiarz