



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 03 listopada 2017 r.

AG.ZP.3320.72. .17

Dotyczy: Wyjaśnienia treści SIWZ

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na **dostawę inkubatorów zamkniętych dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II**. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnień:

Pytanie 1 dot. pkt. 4 – inkubator zamknięty do intensywnej opieki.

Czy Zamawiający dopuści inkubator z elektryczną regulacją wysokości w zakresie max. 26 cm?

Wyjaśnienie:

Nie.

Pytanie 2 dot. pkt. 5 - inkubator zamknięty do intensywnej opieki.

Czy Zamawiający dopuści inkubator wyposażony w wyświetlacz LED umiejscowiony na centralnej kolumnie inkubatora, umożliwiający jego obsługę zarówno z jednej jak i z drugiej strony?

Wyjaśnienie:

Nie.

Pytanie 3 dot. pkt. 3 - inkubator zamknięty do intensywnej opieki.

Czy Zamawiający dopuści 5 otworów pielęgnacyjnych?

Wyjaśnienie:

Tak – zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4 dot. pkt. 14 - inkubator zamknięty do intensywnej opieki.

Czy Zamawiający dopuści inkubator, który jest wyposażony w elektrostatyczny filtr jednak bez informowania o potrzebie jego wymiany?

Wyjaśnienie:

Nie.

Pytanie 5 dot. pkt. 17 - inkubator zamknięty do intensywnej opieki.

Czy Zamawiający dopuści regulację kąta nachylenia materacyka od wewnątrz inkubatora, w zakresie +/- 12°?

Wyjaśnienie:

Nie.



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/NA/Po
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001 : 2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000 : 2005



tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

Pytanie 6 dot. 8 - inkubator zamknięty do intensywnej opieki.

Czy Zamawiający dopuści regulację kąta nachylenia materacyka od wewnątrz inkubatora, w zakresie +/- 12°?

Wyjaśnienie:

Nie.

Pytanie 7 dot. pyt. 20 - inkubator zamknięty do intensywnej opieki.

Czy Zamawiający dopuści inkubator z swobodnym dostępem z 3 stron?

Wyjaśnienie:

Nie.

Pytanie 8 dot. pkt. 26 - inkubator zamknięty do intensywnej opieki.

Czy Zamawiający dopuści inkubator z układem automatycznej regulacji temperatury (Servo) bazujący na pomiarach temperatury skóry noworodka w zakresie 35-37,5°C?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie 9 dot. pkt. 29 - inkubator zamknięty do intensywnej opieki.

Czy Zamawiający dopuści inkubator wyposażony w układ monitorowania mierzący i podający temperaturę na skórze noworodka oraz temperaturę powietrza pod kopułą, jednak bez podawania informacji o wykorzystaniu mocy grzałki?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie 10 dot. pkt. 4 – inkubator zamknięty do podstawowej opieki.

Czy Zamawiający dopuści inkubator wyposażony w wyświetlacz LED umiejscowiony na centralnej kolumnie inkubatora, umożliwiający jego obsługę zarówno z jednej jak i z drugiej strony?

Wyjaśnienie:

Nie.

Pytanie 11 dot. 8 – inkubator zamknięty do podstawowej opieki.

Czy Zamawiający dopuści inkubator z 5 otworami pielęgnacyjnymi?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie 12 dot. 15 – inkubator zamknięty do podstawowej opieki.

Czy Zamawiający dopuści regulację kąta nachylenia materacyka od wewnątrz inkubatora, w zakresie +/- 12°.

Wyjaśnienie:

Nie.

Pytanie 13 dot. 21 – inkubator zamknięty do podstawowej opieki.

Czy Zamawiający dopuści inkubator z podgrzewaniem wody do bezpiecznej temperatury?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie 14 dot. pyt. 23 – inkubator zamknięty do podstawowej opieki.

Czy Zamawiający dopuści inkubator z układem automatycznej regulacji temperatury (Servo) bazujący na pomiarach temperatury skóry noworodka w zakresie 35-37,5°C?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie 15 dot. pyt. 24 – inkubator zamknięty do podstawowej opieki.

Czy Zamawiający dopuści inkubator wyposażony w układ monitorowania mierzący i podający temperaturę na skórze noworodka oraz temperaturę powietrza pod kopułą, jednak bez podawania informacji o wykorzystaniu mocy grzałki?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie 16 dot. 32 – inkubator zamknięty do podstawowej opieki.

Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr w technologii Nellcor / Massimo, jako oddzielne urządzenie?

Wyjaśnienie:

Nie.

Pytanie 17 dot. par. 1 ust. 1, par. 2 ust. 6 wzoru umowy.

Chcielibyśmy zwrócić uwagę na fakt, iż w świetle obowiązujących przepisów, regulujących kwestię odpowiedzialności producenta wyrobów medycznych za używanie aparatów, a w tym za możliwość wystąpienia incydentów medycznych, wszelkie naprawy i przeglądy okresowe urządzeń medycznych powinny być wykonywane przez przeszkolonych pracowników autoryzowanego serwisu. Inkubator, stanowiący przedmiot niniejszego postępowania, jest aparatem, którego używanie ma szczególny wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia pacjenta. Wykonywanie napraw i przeglądów serwisowych wymagają odbycia zaawansowanego przeszkolenia. Tego typu szkolenia odbywają się odpłatnie, poza granicami Polski i co do zasady nie obejmują użytkowników aparatów. W konsekwencji, z uwagi na wymogi bezpieczeństwa i obowiązujące regulacje prawne, kody serwisowe mogą być przekazywane wyłącznie osobie przeszkolonej w zakresie naprawy i przeglądów okresowych aparatu, posiadającej stosowny certyfikat.

Wyjaśnienie:

Informujemy, że Zamawiający oczekuje przeprowadzenia szkolenia serwisowego dla pracowników Inżynierii Klinicznej potwierdzonego wydaniem certyfikatu (zaświadczenia na wykonanie napraw i przeglądów okresowych aparatu w zakresie dopuszczonym przez producenta do wykonywania samodzielnie przez pracowników Inżynierii Klinicznej Zamawiającego).

Pytanie 18 dot. par. 10 ust. 3 wzoru umowy

Czy Zamawiający uznaje za reakcję serwisową zdalną diagnostykę/naprawę wykonywaną za pomocą połączenia serwisanta z urządzeniem za pośrednictwem sieci komputerowej lub poprzez rozmowę telefoniczną?

Wyjaśnienie:

Tak.

*Lek. med Andrzej Mielcarek
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu*