



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu<sup>®</sup>

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 23.11.2018r.

AG.Z.2150.17.1.2018

Dotyczy: odpowiedzi na pytania.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że do zaproszenia do złożenia oferty na dostawę sprzętu medycznego dla POZ wpłynęły pytania.

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi.

### Dotyczy - Zadanie nr 3

#### Pytanie 1:

„Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie aparatu EKG z prędkością zapisu 5/10/25/50 mm/s ?”

#### Odpowiedź na pytanie :

Tak, Zamawiający dopuszcza.

#### Pytanie 2:

„ Czy Zamawiający wymaga aby aparat w chwili dostarczenia był kompatybilny z siecią posiadaną przez Zamawiającego, czyli miał możliwość rozszerzenia swoich opcji o podłączenie do sieci internetowej?”

#### Odpowiedź na pytanie :

Zgodnie z SIWZ Zamawiający wymaga aby aparat posiadał komunikację z siecią LAN / Internet: bezprzewodowa WiFi lub przewodowa Ethernet

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Szpitala  
Wojewódzkiego  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

*lek. med. Andrzej Mielcarek*

tel. Centrala  
84 6773333

tel. Sekretariat  
84 6773300

Fax  
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
000021024

PEKAO S.A. | Oddział  
w Zamościu  
61 1240 2816 1111  
0010 3901 3524

