



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10, ☎ 84 6773333, ✉ szpital@szpital.zam.pl
www.szpital.zam.pl, NIP 922 229 24 91, REGON 006050134, KRS 0000021024

Zamość, dnia 09.08.2023 r.

AT.Z.2150.24.1.2023

Dotyczy: odpowiedzi na pytania.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że do zaproszenia do złożenia oferty na dostawę lampy operacyjnej diodowej dla Oddziału Laryngologii wpłynęły pytania.

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi.

Pytanie 1

(dot. Lp. 10) Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną z współczynnikiem odwzorowania barwy czerwonej o wartości 94?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 2

(dot. Lp. 12) Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę operacyjną z możliwością wyboru 5 temperatur barwowych tj. 3500-4000-4500-5000-5500K? Takie rozwiązanie daje użytkownikowi większy wybór i dostosowanie odpowiedniej temperatury barwowej do przeprowadzanego zabiegu.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 3

(dot. Lp. 14) Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną ze średnicą pola roboczego regulowaną w zakresie 17-29 cm dla każdej z czasz?

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający wyraża zgodę

Adam Fimiarz

/-/

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu