



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 13.03.2018r.

AG.Z.2150.44.2.2018

Dotyczy: odpowiedzi na pytania.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że do zaproszenia do złożenia oferty na dostawę sprzętu medycznego j.u. wpłynęły pytania.

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi.

Dotyczy - Zadanie nr 3

Pytanie 1:

„ Czy Zamawiający oczekuje żeby produkty były pozbawione szkodliwych ftalanów, które uwalniają się pod wpływem ciepła ludzkiego ciała a nadmiar tych związków zwiększa ryzyko zachorowania na alergię, astmę, nowotwory, powodują także zaburzenia w pracy wątroby czy nerek, wykazują negatywny wpływ na organizmy dzieci, płody jak również mogą przyczynić się do skrócenia okresu ciąży ?”

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Nie wymaga ale dopuszcza

Dotyczy - Zadanie nr 2

Pytanie 2:

„ Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne zawierające ftalany, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert?”

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający dopuści rurki intubacyjne zawierające ftalany.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający w zadaniu nr 2 rurki intubacyjne zbrojone, odstąpi od wymogu oznaczenia producenta i średnicy rurki i mankietu na baloniku kontrolnym i korpusie rurki?

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający odstąpi od wymogu oznaczenia producenta i średnicy rurki i mankietu na baloniku kontrolnym.

Pytanie 4:

„ Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne wykonane z PCV, bez silikonu, przy spełnieniu pozostałych wymagań?”

Odpowiedź na pytanie nr 4:

NIE.

Pytanie 5:

„ Czy Zamawiający dopuści rurki z odłączalnym łącznikiem 15mm, przy spełnieniu pozostałych wymagań?”

Odpowiedź na pytanie nr 5:

NIE.

AG.Z.2150.44.2.2018



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/UA/Po
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000 : 2005



KOMITET
UPOWSZECHNIANIA
KARMENIA
PIERSIA

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. | Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

Pytanie 6:

„ Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne niesilikonowane, skalowane co 2cm, z nazwą producenta tylko na korpusie?”

Odpowiedź na pytanie nr 6:

NIE.

Pytanie 7:

„ Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby rurki intubacyjne nie zawierały ftalanów?”

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Zamawiający dopuszcza rurki intubacyjne bez ftalanów.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

(-) lek. med. Andrzej Mielcarek