



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 31 stycznia 2018r.

AG.ZP 3320.57.17. .18

Dotyczy: wyjaśnienie treści SIWZ, zmiana terminów.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ dot. przetargu nieograniczonego na **dostawę videokolonoskopu. Poniżej podajemy treść wniosków i wyjaśnienia:**

Załącznik Nr 6 do SIWZ – Wzór Umowy

1. § 7 ustęp 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację poprzez dodanie: „z wyjątkiem sytuacji, w których wykonawca zapewni zastępczy przedmiot umowy” Zamawiający zgodnie z zapisami § 9 ustęp 4 nakłada na sprzedającego obowiązek dostarczenia zastępczego przedmiotu umowy, w przypadku przedłużającej się naprawy w terminie określonym w tym samym ustępie. Dostarczenie równorzędnego sprzętu zastępczego zagwarantuje Zamawiającemu możliwość wykonywania badań i ciągłości pracy, a więc nie będzie podstaw do naliczania kar umownych w takim wypadku.

Wyjaśnienie: Tak.

2. § 9 ustęp 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby czas reakcji serwisu liczony był w dniach roboczych (aby wynosił nie dłużej niż 72 godziny w dni robocze)?

Wyjaśnienie: Tak.

3. § 9 ustęp 12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby gwarantowany okres dostępności części zamiennych wynosił minimum 8 lat?

Wyjaśnienie: Tak.

4. § 13 ustęp 4.1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby rozwiązanie umowy mogło nastąpić w przypadku opóźnienia w realizacji umowy przekraczającego 14 dni roboczych?

Wyjaśnienie: Tak.

5. § 9 ustęp 14. Prosimy o poprawienie omyłki pisarskiej w zakresie powołania na §10, a powinno być § 9 i jednoczesne skorygowanie numeracji następnych paragrafów (w dół).

Wyjaśnienie: §9 ustęp 14 otrzymuje brzmienie: „W przypadku rozbieżności między zapisami niniejszego §9, a kartą gwarancyjną sprzętu pierwszeństwo mają zapisy niniejszego paragrafu”. Kolejne paragrafy to: §10, §11, §12, §13, §14.

6. Załącznik Nr 5 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy (punkt 2) oraz Załącznik nr 6 do SIWZ – Wzór Umowy (§9 ustęp 4). Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin naprawy wynosił: 5 dni roboczych od dnia przesłania urządzenia do autoryzowanego serwisu w przypadku drobnych napraw, a w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy 12 dni roboczych? Urządzenie będące przedmiotem zamówienia to wysoce specjalistyczny sprzęt medyczny podporządkowany wymogom szeregu aktów prawnych krajowych i unijnych (ustawa o wyrobach medycznych, MDD 93/42 EEC). Każdorazowa naprawa urządzenia, musi, ze względu na odpowiedzialność producenta wobec użytkownika i pacjenta (odpowiedzialność za produkt niebezpieczny art. 449¹⁻¹¹ KC), doprowadzić do przywrócenia stanu urządzenia zgodnego z deklaracją zgodności.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
AG.ZP 3320.57.17 – wyjaśnienie, zmiana SIWZ

Strona 1



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/UA/Po
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000 : 2005



KOMITET
UPOWAŻENIA
KARMIEŃ
PIERSIA

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

Wyjaśnienie: Tak, ale w przypadku przedłużającej się naprawy powyżej 7 dni roboczych Wykonawca zobowiązuje się do wstawienia aparatu zastępczego. Załącznik nr 5 Oświadczenie Wykonawcy pkt 2, tiret 6 otrzymuje brzmienie: „ – czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w okresie gwarancji będzie wynosił nie dłużej niż 5 dni roboczych i będzie liczony od dnia przesłania urządzenia do autoryzowanego serwisu w przypadku drobnych napraw (w okresie gwarancji przesyłka kurierska na koszt Wykonawcy), a w przypadku konieczności sprowadzenia części spoza granic Polski będzie wynosił nie dłużej niż 12 dni roboczych. W przypadku przedłużającej się naprawy powyżej 7 dni roboczych Wykonawca zobowiązuje się do wstawienia aparatu zastępczego”. §9 ust. 4 zdanie 2 i 3 otrzymuje brzmienie „Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w okresie gwarancji będzie wynosił nie dłużej niż 5 dni roboczych (dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy) i będzie liczony od dnia przesłania urządzenia do autoryzowanego serwisu w przypadku drobnych napraw (w okresie gwarancji przesyłka kurierska na koszt Wykonawcy), a w przypadku konieczności sprowadzenia części spoza granic Polski będzie wynosił nie dłużej niż 12 dni roboczych. W przypadku przedłużającej się naprawy powyżej 7 dni roboczych Wykonawca zobowiązuje się do wstawienia aparatu zastępczego”.

Ulegają zmianie wyznaczone terminy. Obowiązujące terminy to:

- termin składania ofert – **06 lutego 2018 r. godz. 11:00**,
- termin otwarcia ofert – **06 lutego 2018 r. godz. 12:00**.

Wprowadza się również zmianę w treści SIWZ str. 8 dotyczącą oznakowania koperty zawierającej ofertę. Koperta powinna być oznakowana: „Przetarg nieograniczony – dostawa videokolonoskopu. Nie otwierać przed 06 lutego 2018 r. 12:00.”

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
Lek. med. Andrzej Mielcarek