



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu<sup>®</sup>

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 12.01.2018r.

AG.Z.2150.7.1.2018

Dotyczy: odpowiedzi na pytania.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że do zaproszenia do złożenia oferty na dostawę aparatu do badań urodynamicznych wpłynęły pytania.

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi.

Pytanie 1:

dot parametru wymaganego: Niezależne zasilanie aparatu, profilometru i przetwornika przepływu z baterii i/lub akumulatorów

„Czy Zamawiający dopuści zewnętrzne urządzenie do zasilania typu UPS” ?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

TAK

Pytanie 2:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia ze standardowymi zasilaczami do prądu?”

Odpowiedź na pytanie nr 2:

TAK

Pytanie 3:

dot parametru wymaganego: Bezprzewodowa komunikacja profilometru z aparatem głównym i komputerem

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie profilometru, którego połączenie z aparatem głównym i komputerem odbywa się przez kabel” ?

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zgodnie z zaproszeniem do złożenia oferty

Pytanie 4:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu z możliwością sterowania pilotem zdalnego sterowania wykonanym w innej technologii niż na podczerwień, system bez odbiornika podczerwieni do pilota w aparacie?”

Odpowiedź na pytanie nr 4:

TAK

Pytanie 5:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na sprzęt zdolny do autokalibracji i przygotowania do badania zgodnie z algorytmami wewnętrznymi programu do pomiarów Laborie” ?

Odpowiedź na pytanie nr 5:

TAK, pod warunkiem zachowania pozostałych wymagań Zamawiającego

AG.Z.2150.7.1.2018



Certyfikat nr 51705/B/0001/AK/Po  
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/AK/Po  
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/AK/Po  
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/AK/Po  
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/AK/Po  
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 64151/A/0001/AK/Po  
ISO 22000 : 2005



KOMITET  
UOWSZECHNIANIA  
KARMENIA  
PIERSIĄ

tel. Centrala  
84 6773333

tel. Sekretariat  
84 6773300

Fax  
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:

szpital@szpital.zam.pl

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
0000021024

PEKAO S.A. | Oddział  
w Zamościu  
61 1240 2816 1111  
0010 3901 3524

Pytanie 6:

dot parametru wymaganego: Program do automatycznego wykrywania i usuwania artefaktów ciśnienia i przepływu

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu bez tej automatycznej funkcji. Pragniemy podkreślić, że w przypadku automatycznego usuwania artefaktów istnieje możliwość automatycznego usunięcia skoków ciśnienia które mogą być istotne klinicznie ” ?

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Zgodnie z zaproszeniem do złożenia oferty

Pytanie 7:

dot parametru wymaganego: Zintegrowany z oprogramowaniem głównym program do skanera USG do oceny zalegania moczu po mikcji

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu bez programu do skanera USG” ?

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Zgodnie z zaproszeniem do złożenia oferty

Pytanie 8:

dot parametru wymaganego: Bezprzewodowa komunikacja profilometru z aparatem głównym i komputerem

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie profilometru którego połączenie z aparatem głównym i komputerem odbywa się przez kabel” ?

Odpowiedź na pytanie nr 8:

Zgodnie z zaproszeniem do złożenia oferty

Pytanie 9:

dot parametru wymaganego: Nomogram Blaivas ciśnienie/przepływ do diagnozowania przeszkody podpęcherzowej u kobiet

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu, który zamiast Nomogramu Blaivas ciśnienie/przepływ do diagnozowania przeszkody podpęcherzowej u kobiet posiada nomogramy LinPURR oraz URA, które również badają przeszkodę podpęcherzową ” ?

Odpowiedź na pytanie nr 9:

TAK

Z-ca DYREKTORA  
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
ds. Lecznictwa  
lek med. Marek Lipiec