



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ^(A)

22-400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10

Zamość, 19.11.2019r.



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po
ISO 9001:2015

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po
ISO 14001:2015

Certyfikat nr 51705/X/0001/UA/Po
PN-N 18001:2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001:2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001:2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000:2005



KOMITET
UPOWASZCZANIA
KARMIENIA
PIERSIĄ



tel. centrala:
84 677 33 33

tel. sekretariat:
84 677 33 00

fax:
84 638 66 69

www.szpital.zam.pl

e-mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP: 922-22-92-491

REGON: 006050134

KRS: 0000021024

PEKAO S.A. | Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

AG.Z.2150.2.3.2019

Dotyczy: odpowiedzi na pytania

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu informuje, że do zaproszenia do złożenia oferty na dostawę *wyposażenia dla Oddziału Kardiologii* wpłynęło pytanie.

Poniżej podajemy treść pytania i odpowiedzi.

Pytanie 1.

Dotyczy Zadanie nr 1 – Wózek reanimacyjny

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności wózek reanimacyjny o poniższych parametrach:

- Szkielet wózka, blat górny i czoła szuflad wykonane z materiału charakteryzującego się wysoką wytrzymałością i trwałością - Konstrukcja wózka wyposażona w centralny system zamknięcia wszystkich szuflad zamykany na klucz
- Wymiary zewnętrzne wózka: wysokość 114,5cm, głębokość 47,5cm, szerokość 65cm
- Wózek wyposażony w 1 szufladę o wysokości 23cm, 4 szuflady o wysokości 11cm
- Czoła szuflad bez przezroczystych identyfikatorów zawartości szuflady. Pojemniki szuflad wieloczęściowe-wyposażone w przezroczyste przedziałki ułatwiające segregację zawartości szuflad.
- Układ jezdny wyposażony w 4 koła jezdne w tym 2 z blokadą o średnicy 100mm, z elastycznym niebrudzącym podłóg bieżnikiem, rozmieszczone w narożnikach wózka
- Odlane krążki odbojowe w podstawie chroniące wózek i ściany przed uszkodzeniami
- Wyposażenie podstawowe wózka: rejlingi zabezpieczające z trzech stron przed zsuwaniem się przedmiotów, uchwyt do przetaczania, pojemnik na zużyte igły, pojemnik na cewniki, 2 kosze plastikowe na odpady, wysuwana z pod blatu półka do pisania, uchwyt na butlę z tlenem,
- Wyposażenie dodatkowe: metalowa nadstawka z pojemnikami na strzykawki, igły, drobne przedmioty, pojemniki w dwóch rzędach w dolnym i górnym pod 5pojemników,
- Kolorystyka do wyboru, podać możliwości (wzornik)
- Deklaracja zgodności
- Kolor czerwony – 3 (reanimacyjny), kolor żółty – 1 (opatrunkowy), kolor zielony – 3 (funkcyjne)

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Nie, zgodnie z opisem w zaproszeniu do złożenia oferty.

Z-ca DYREKTORA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
ds. Lecznictwa

(-) lek. med. Marta Węgrzyn - Bąk