



Zamość, dnia 12 czerwca 2018 r.

AG.ZP.3320.36. .18

Dotyczy: Wyjaśnienia treści SIWZ

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na **dostawę zestawów do zamykania wad wrodzonych serca**. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienie:

**Pytanie dot. zadania 5:**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w zadaniu nr 5 koszulek naczyniowych długich z zastawką hemostatyczną i portem bocznym, zbrojonych na całej długości, z wysoką wytrzymałością na zaginanie, z dilatatorem w zestawie dla wszystkich rozmiarów, pokryciem hydrofilnym i markerem na dystalnej części końcówki dostępnych w 3 różnych konfiguracjach:

- średnice 6, 7, 8F (śr. wew. 0.087", 0.100", 0.113"), kompatybilne z przewodnikiem 0.038", długości 90 lub 110 cm (dla 6F), końcówka atraumatyczna z 2-stopniową strefą przejścia redukująca uszkodzenie naczyń, zastawka ręcznie regulowana, końcówka prosta
- średnice 7, 8F (śr. wew. 0.100", 0.113"), kompatybilne z przewodnikiem 0.035", długości 110 cm, z miękkim poszerzadłem typu high-flex, boczną zastawką i końcówką typu multipurpose
- średnica 6F (śr. wew. 0.087"), kompatybilna z przewodnikiem 0.038", długości 90 cm, końcówka atraumatyczna z 3-stopniową strefą przejścia redukująca uszkodzenie naczyń, zastawka ręcznie regulowana, końcówka prosta.

**Wyjaśnienie:** Zamawiający dopuszcza takie koszulki.

**Pytanie dot. zadania 1:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów do zamykania wad wrodzonych serca typu ASD i PFO o budowie dysków nitinolowych o następujących parametrach:

- łączenie dysku z systemem doprowadzającym w systemie wkręcany
  - dostępne rozmiary ASD w zakresie 6 -42 mm (6, 7, 8, 9, 10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42)
  - dostępne rozmiary PFO 18, 24, 30, 34 mm
  - druty nitinolowe preoksydowane celem zmniejszonego uwalniania niklu
  - powierzchnia dysku lewoprzedionkowego z wystającym elementem konstrukcyjnym (dostępne również bez)
- pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Wyjaśnienie:** Wiążący jest opis podany w SIWZ.

**Pytanie dot. zadania 2:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 2 urzędzenia do zamykania uszka lewego przedsionka o konstrukcji jednoczęściowej



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po  
ISO 9001 : 2008  
Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po  
ISO 14001 : 2004  
Certyfikat nr 51705/X/0001/NA/Po  
PN-N 18001 : 2004  
Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po  
OHSAS 18001 : 2007  
Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po  
ISO 27001 : 2013  
Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po  
ISO 22000 : 2005



tel. Centrala  
84 6773333

tel. Sekretariat  
84 6773300

Fax  
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział  
w Zamościu  
61 1240 2816 1111  
0010 3901 3524

wykonanego z nitinolu z PET (tetraftalan polietylenu) o konstrukcji samorozprężalnej z 10- cioma aktywnie fiksującymi się ramionami; po stronie proksymalnej urządzenie pokryte izolującą membraną o gęstości 160 mikronów, fabrycznie zamontowane na cewniku wprowadzającym z możliwością repozycji lub całkowitego usunięcia w czasie zabiegu; koszulka dostarczająca wykonana z PEBAX z powłoką PTFE ze znacznikiem platynowo-irydowym; dostępne rozmiary urządzenia: 21 mm, 24 mm, 27 mm, 30 mm i 33 mm; średnica koszulki dostępowej 12F (ID) 14F (OD) - dostępne 2 krzywizny koszulki dostępowej; skuteczność kliniczna okuldera udokumentowana międzynarodowym randomizowanym, prospektywnym badaniem klinicznym, pozostałe parametry bez zmian.  
**Wyjaśnienie:** Wiążący jest opis podany w SIWZ.

Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego  
Szpitala Wojewódzkiego  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
lek. med. Andrzej Mielcarek