

dotyczy: odpowiedzi na pytania zadane przez firmę Messer Polska Sp. z o.o. do postępowania LAP.0611.4.2024 „Dostawa mieszanki podtlenku azotu i tlenu dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego”

1. W związku z treścią OPZ " Gaz do sedacji wziewnej – gaz medyczny sprężony, bezbarwny do krótkotrwałego znieczulenia podczas porodu” prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zaoferowania produktu leczniczego, gazu medycznego 50 % tlenu medycznego, 50 % podtlenku azotu , który posiada również opis stosowania produktu leczniczego w położnictwie, zawarty w sekcji dot. Dawkowania i sposobu podawania w Charakterystyce Produktu Leczniczego, która zostanie dołączona do oferty?

Szczegółowo określony sposób użycia produktu leczniczego zawarty w Charakterystyce Produktu Leczniczego, jest istotnym kryterium medycznym, rozstrzygającym o właściwym stosowaniu produktu leczniczego w położnictwie, co niewątpliwie ma wpływ na bezpieczeństwo pacjentów.

Odpowiedź:

Tak

2. Czy Zamawiający miał na myśli zaoferowanie butli z mieszaniną tlenu medycznego i podtlenku azotu medycznego 50%/50% o następujących parametrach:

- pojemności wodnej 5l
- objętości gazu 1,49 m³
- ciśnieniu 170 bar.

Odpowiedź:

Tak

3. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w zadaniu nr 3 wszystkich jednorazowych elementów niezbędnych do podawania mieszanki 50% tlen medyczny / 50% podtlenek azotu medyczny, pakowanych po 1 sztuce, w oddzielne opakowania zbiorcze – tj. osobno filtry, osobno ustniki?

Odpowiedź:

Tak

4. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zaworu dozującego innego producenta niż ustników i filtrów? Posiadany w ofercie zawór dozujący oraz jednorazowe ustniki i filtry posiadają status wyrobów medycznych, są ze sobą w pełni kompatybilne i umożliwiają bezpieczną podaż mieszanki gazów z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.

Odpowiedź:

Tak

5. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza w zadaniu nr 1, poz. 2 zaoferowanie zaworu dozującego wraz z węzłem o długości 3m, którego konstrukcja dysku zaworu umożliwi jego rozkręcenie i dokładne wyczyszczenie, w przypadku gdy zostanie skontaminowany krwią albo wymiotami. Warto nadmienić, że w przypadku stosowania jednorazowych ustników i filtrów antybakteryjnych, nie jest wymagane czyszczenie części zaworu.

Ponadto warto podkreślić, że wyżej opisana konstrukcja umożliwi podanie mieszaniny pacjentowi również w przypadku braku dostępu personelu do jednorazowych ustników i filtrów (wówczas po użyciu konieczne będzie wyczyszczenie dysku zaworu dozującego), a możliwość skutecznego podania leku pacjentowi zostanie zachowana - co wydaje się najistotniejszym aspektem oraz udogodnieniem dla personelu medycznego i pacjentów.

Obiektywnie, rzecz biorąc kwestia, sposobu czyszczenia zaworu - zależna od konstrukcji i producenta, powinna mieć drugorzędne znaczenie - w przypadku kontaminacji urządzeń medycznych każdy wielorazowy sprzęt należy poddać czyszczeniu, w celu zachowania wysokich norm dotyczących bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy.

Odpowiedź:

Tak

6. Czy w zadaniu 1, poz. 2 Zamawiający oczekuje wskazania jedynie ceny jednostkowej za dzierżawę dzienną 6 butli oraz 6 zaworów w kolumnie 4, czy też wykonawca powinien uwzględnić w kolumnie nr 3 ilość dni trwania umowy tj. 365, a następnie przemnożyć cenę dzierżawy dziennej 6 butli i 6 zaworów x 365 dni (czas trwania umowy 12 miesięcy) w kolumnie nr 7.

Odpowiedź:

Tak

7. Czy w Zadaniu 2 Zamawiający nie popełnił błędu w oszacowaniu ilości wózków (3szt.)? Sądząc po ilości butli i zaworów dozujących (po 6 szt.) Zamawiający będzie używał mieszaniny w 6 stanowiskach, w związku z tym czy ilość wózków również nie powinna wynosić 6 szt.?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ

8. Czy w zadaniu 2 Zamawiający oczekuje wskazania jedynie ceny jednostkowej za dzierżawę dzienną 3 szt. wózków w kolumnie 4, czy też wykonawca powinien uwzględnić w kolumnie nr 3 ilość dni trwania umowy tj. 365, a następnie przemnożyć cenę dzierżawy dziennej 3 szt. wózków x 365 dni (czas trwania umowy 12 miesięcy) w kolumnie nr 7.

Odpowiedź:

Tak

9. Z jaką średnią częstotliwością Zamawiający będzie zamawiał butle z mieszaniną 50% tlen medyczny / 50% podtlenek azotu z zadania nr 1, poz. 1.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ 35 butli dzielone przez 12 miesięcy daje ok. 3 butli miesięcznie.

10. Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający w zadaniu nr 2, pod pojęciem „typu pajęczek” miał na myśli zaoferowanie dzierżawy 5-kołowych wózków, o następującej konstrukcji:



Odpowiedź:

Tak