

Nazwa zadania:

Dostawa dla Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej
w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Uniwersalny materac próżniowy z pompką– 1 szt.

Dzielony materac próżniowy z pompką – 1 szt.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Uniwersalny materac próżniowy z pompką– 1 szt.

Materac próżniowy wypełniony mikrokulkami styropianowymi, które są stabilizowane przez próżnię i tworzą trwałą formę umożliwiającą optymalne pozycjonowanie pacjenta do zabiegów. Redukcja ucisku na ciało pacjenta – materac dopasowuje się do kształtu ciała pacjenta i zapewniający redystrybucję ciężaru. Przystosowany do użytkowania podczas RTG , MRI CT. Wolny od lateksu , PCV i DEHP(ftalanów). Przystosowany do czyszczenia i dezynfekcji powierzchniowej. Wymiary 75x200cm. Warstwa wierzchnia folia poliuretanowa w kolorze magneta. Wyposażony w zawór zwrotny.

Pompa ręczna. Kolorem pasującym do w/w materaca, materiał plastik, długość 45 cm, średnica 5,5cm , długość przewodu :50cm, waga 0,4 kg – 1 sztuka

Dzielony materac próżniowy z pompką– 1 szt.

Materac próżniowy dzielony podudzie i stopy, wypełniony mikrokulkami styropianowymi, które są stabilizowane przez próżnię tworzą trwałą formę umożliwiającą optymalne pozycjonowanie pacjenta do zabiegów. Redukcja ucisku na ciało pacjenta- materac dopasowujący się do kształtu ciała pacjenta i zapewniający redystrybucję ciężaru. Przystosowany do użytkowania podczas RTG, MRI, i CT. Wolny od lateksu , PVC i DEHP (ftalanów). Przystosowany do czyszczenia i dezynfekcji powierzchniowej. Wymiary 75x200cm Warstwa wierzchnia folia poliuretanowa w kolorze magenta. Wyposażony w zawór zwrotny.- 1 sztuka.

Pompa ręczna. Kolorem pasującym do w/w materaca, materiał plastik, długość 45 cm, średnica 5,5cm , długość przewodu :50cm, waga 0,4 kg – 1 sztuka