

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**Lampa czołowa do zabiegów laryngologicznych typ 2 – 1 sztuka**

Lp.	PARAMETR / WARUNEK	WARTOŚĆ WYMAGANA	WARTOŚĆ OFEROWANA
1.	Lampa czołowa do zabiegów laryngologicznych Lampa fabrycznie nowa, rok produkcji 2023 r. Producent Model Kraj pochodzenia	TAK podać	
2.	Lampa czołowa na czepcu, zasilana z akumulatora	TAK	
3.	Lampa czołowa o ultra jasnym oświetleniu współosiowym w technologii LED HQ. Diody LED o żywotności minimum 50 000 godzin	TAK podać	
4.	Oświetlenie do 90 000 luxów (w odległości 18 cm), równomiernie rozłożone na całym polu światła z temperaturą barwową 5.500 K.	TAK podać	
5.	Regulacja wielkości pola oświetlenia oraz bezstopniowa regulacja jasności świecenia.	TAK	
6.	Na wyposażeniu 2 akumulatory i ładowarka	TAK	
7.	Czas pracy lampy na akumulatorze przy maksymalnym natężeniu światła – min. 3 godziny	TAK	
8.	Indykator poziomu naładowania akumulatora	TAK	
9.	Opaska na głowę z regulacją rozmiaru	TAK	
10.	Opaska na głowę wyposażona w poduszki zapewniające komfort użytkownika	TAK	
11.	Podać zalecaną przez producenta częstość wykonywania przeglądów okresowych. Wymienić zakres czynności wykonywanych podczas przeglądów okresowych oraz elementy zużywalne wymieniane podczas wykonywania w/w przeglądu	TAK podać	

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania w wyznaczonym przez siebie terminie, dokonania przez Wykonawcę prezentacji, pokazu oferowanego przedmiotu zamówienia ze wszystkimi wymaganymi parametrami. Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.