



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu<sup>®</sup>

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 14.12.2017r.

AG.Z.2150.44.11.2017

Dotyczy: odpowiedzi na pytania.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że do zaproszenia do złożenia oferty na dostawę pasów do unieruchamiania pacjenta wpłynęły pytania.

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi.

Pytanie 1:

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pasy na nadgarstki o długości 16-24cm?” ?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Tak

Pytanie 2:

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pasy na nadgarstki o długości 22-29cm”?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Tak

Pytanie 3:

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pas brzuszny o długości 80-120cm” ?

Odpowiedź na pytanie nr 3

Nie

Pytanie 4:

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pas brzuszny o długości 116-156cm” ?

Odpowiedź na pytanie nr 4

Tak

Pytanie 5:

„Prosimy zamawiającego o dokładne określenie harmonogramu dostaw?”

Odpowiedź na pytanie nr 5

Zamawiający nie jest w stanie podać dokładnego harmonogramu dostaw, w pierwszym kwartale 2017r - dostawa ok. 25 kpl pasów na kończyny i 1 pas brzuszny, pozostała ilość do końca obowiązywania umowy, wg potrzeb oddziałów.

Z-ca DYREKTORA

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
ds. Lecznictwa  
lek med. Marek Lipiec



Certyfikat nr 51705/B/0001/AK/Po  
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/AK/Po  
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/AK/Po  
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/AK/Po  
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/AK/Po  
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 64151/A/0001/AK/Po  
ISO 22000 : 2005



tel. Centrala  
84 6773333

tel. Sekretariat  
84 6773300

Fax  
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
000021024

PEKAO S.A. | Oddział  
w Zamościu  
61 1240 2816 1111  
0010 3901 3524