



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ^(A)

22-400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10

Zamość, 19.11.2019r.



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po
ISO 9001:2015

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po
ISO 14001:2015

Certyfikat nr 51705/X/0001/JA/Po
PN-N 18001:2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001:2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001:2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000:2005



KOMITET
UPOWASZECHNIANIA
KARMIENIA
PIERSIĄ



tel. centrala:
84 677 33 33

tel. sekretariat:
84 677 33 00

fax:
84 638 66 69

www.szpital.zam.pl

e-mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP: 922-22-92-491

REGON: 006050134

KRS: 0000021024

PEKAO S.A. | Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

AG.Z.2150.2.3.2019

Dotyczy: odpowiedzi na pytania

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu informuje, że do zaproszenia do złożenia oferty na dostawę wyposażenia dla Oddziału Kardiologii wpłynęły pytania.

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi.

Pytanie nr 1: Dotyczy: zad. 3 wózek do przewozu chorych

1. Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu wózek transportowy z kątami przechyłu Trendelenburga 18° i anty Trendelenburga 10°

Odpowiedź na pytanie nr 1: Tak, dopuszcza.

Pytanie nr 2: Dotyczy: zad.1 wózek reanimacyjny

1. Prosimy o doprecyzowanie czy w opisie wózka reanimacyjnego zapis o kolorystyce kozetki lekarskiej jest oczywistą omyłką pisarską czy kozetka powinna być zaoferowana wraz z wózkiem ?

Odpowiedź na pytanie nr 1: Tak, oczywista omyłka.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

(-) lek. med. Andrzej Mielcarek