



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 19.12.2018r.

AG.Z.2150.17.2.2018

Dotyczy: odpowiedzi na pytania.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że do zaproszenia do złożenia oferty na dostawę wyposażenia dla POZ wpłynęły pytania.

Poniżej podajemy treść pytania i odpowiedź.

Dotyczy - Zadanie nr 5 Wózek do przewożenia chorych w pozycji leżącej, na kółkach

Pytanie 1:

„Czy Zamawiający dopuści materac wodoodporny, łatwo – zmywalny w pokrowcu z poliuretanu?”

Odpowiedź na pytanie :

Zamawiający dopuszcza materac wodoodporny, łatwo – zmywalny w pokrowcu z poliuretanu.

Pytanie 2:

„Czy Zamawiający dopuści barierki składane wzdłuż leża wykonane ze stali nierdzewnej z uchwytami do prowadzenia wózka ze stali lakierowanej?”

Odpowiedź na pytanie :

Zamawiający dopuszcza barierki składane wzdłuż leża wykonane ze stali nierdzewnej z uchwytami do prowadzenia wózka ze stali lakierowanej.

Pytanie 3:

„Czy Zamawiający dopuści regulację wysokości za pomocą jednego pedału nożnego?”

Odpowiedź na pytanie:

Tak, Zamawiający dopuszcza regulację wysokości za pomocą jednego pedału nożnego.

Pytanie 4:

„Czy Zamawiający dopuści 4 koła w wózku z centralną blokadą kół, które nie posiadają blokady obrotu?”

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający dopuszcza 4 koła w wózku z centralną blokadą kół, które nie posiadają blokady obrotu.

Pytanie 5:

„Czy Zamawiający dopuści regulację wysokości wózka wynoszącą : 60-91cm?”

Odpowiedź na pytanie:

Tak, Zamawiający dopuszcza regulację wysokości wózka wynoszącą : 60-91cm.



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/UA/Po
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000 : 2005



tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. | Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

Pytanie 6:

„Czy Zamawiający dopuści średnicę kół wózka wynoszącą 15 cm?”

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający dopuszcza średnicę kół wózka wynoszącą 15 cm.

Pytanie 7:

„Czy Zamawiający dopuści wymiary leża w wózku wynoszące 192 x 64cm?”

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający **wymaga** wymiary leża w wózku wynoszące 192 x 64cm/+5cm/.

Jednocześnie informujemy, że w ramach zaproszenia do złożenia oferty na dostawę wyposażenia dla POZ, termin składania oferty został przedłużony do dnia **4 stycznia 2019r do godz. 13:00**. Termin wykonania przedmiotu zamówienia został przedłużony do dnia **22 stycznia 2019r**.

Z-ca Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Szpitala
Wojewódzkiego
Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
Ds. Lecznictwa
Lek. med. Marek Lipiec