



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ^(A)

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 05.04.2019 r.

AG.Z.2150.10.3.2019

Dotyczy: odpowiedzi na pytania.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu informuje, że do zaproszenia do złożenia oferty na dostawę systemu mocowania rozwieraczy automatycznych wpłynęły pytania .

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi :

1.Czy Zamawiający zaakceptuje system nie posiadający w zestawie tacki na waciki montowanej za pomocą ramienia a zaakceptuje oddzielną tackę o wymiarach 210x160x10mm?

Odpowiedź:

Tak

2.Czy Zamawiający zaakceptuje system nie posiadający w zestawie tacki na waciki montowanej za pomocą ramienia a zaakceptuje system z łącznikiem do jednorazowych reaktorów mózgowych?

Odpowiedź:

Nie.

3. Czy Zamawiający zaakceptuje system nie posiadający w zestawie tacki na waciki montowanej a pomocą ramienia?

Odpowiedź:

Nie.

Z-ca DYREKTORA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
ds. Lecznictwa
lek. med. Marek Lipiec



URS is a member of Register of Service Providers Ltd.

Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/NA/Po
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001 : 2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000 : 2005



KOMITET
UPOWAŻCZENIA
PIERWSZA
PIERŚNIA



tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524