



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10, ☎ 84 6773333, ✉ szpital@szpital.zam.pl
www.szpital.zam.pl, NIP 922 229 24 91, REGON 006050134, KRS 0000021024

Zamość, 13 czerwca 2023 r.

AT.Z.2150.11.1.2023

Dotyczy: odpowiedzi na pytania.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu informuje, że do zaproszenia do złożenia ofert na dostawę mankietów do leczenia profilaktyki przeciwzakrzepowej na kończyny dolne wraz z dzierżawą aparatów do pneumatycznego ucisku sekwencyjnego wpłynęły pytania.

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi:

„Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności system przeznaczony do wspomaganie zakrzepicy żył głębokich, wykorzystujący technologię przerywanego ucisku pneumatycznego składający się z pompy oraz mankietów o poniższych parametrach:?”

Pytanie nr 1

„System kompatybilny z trzema rodzajami mankietów:

- mankiet na stopę
- mankiet na podudzie (jednorodne lub sekwencyjne)
- mankiet na podudzie i udo (jednorodne lub sekwencyjne)”

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza.

Pytanie nr 2

„Automatyczny dobór długości cyklu oraz pompowanego ciśnienia po podłączeniu odpowiedniego mankieta?”

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza.

Pytanie nr 3

„Mankiety jednorodne na udo oraz udo i podudzie zapewniające obwodowy ucisk- 40mmHg w czasie 12 sek.?”

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza.

Pytanie nr 4

„Mankiety sekwencyjne na udo oraz udo i podudzie zapewniające sekwencyjny, obwodowy ucisk-45mmHg w czasie 12 sek.?”

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza.

Pytanie nr 5

„Mankiety na stopę zapewniające obwodowy ucisk-130mmHg w czasie 3 sek. ?”

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza.

Pytanie nr 6

„Czas opróżnienia mankietów na uda oraz udo i podudzie wynosi 48 sek.?”

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza.

Pytanie nr 7

„Czas opróżnienia mankietów na stopę wynosi 27 sek.?”

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza.

Pytanie nr 8

„Możliwość podłączenia jednocześnie dwóch różnych mankietów. Pompa automatycznie dobiera poziom ciśnienia i czas trwania cyklu bez konieczności dokonywania dodatkowych ustawień ?”

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza.

Pytanie nr 9

„Przewody powietrzne na stałe połączone z pompą?”

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza.

Pytanie nr 10

„Pompa wyposażona w czytelny ekran LCD?”

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza.

Pytanie nr 11

„Pompa wyposażona w licznik czasu trwania terapii?”

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza.

Pytanie nr 12

„Pompa wyposażona w alarm dźwiękowy (z możliwością regulacji głośności) na wypadek:

-usterki urządzenia

-zagięcia, zatkania i nieszczelności przewodów powietrznego

-wysokiej temperatury”

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza.

Pytanie nr 13

„Pompa wyposażona w baterię pozwalającą na ciągłą pracę:
- z mankietami na stopę do około 6h
- z pozostałymi mankietami do około 12h”

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza.

Pytanie 14

„Pompa wyposażona w uchwyt umożliwiający zawieszenie jej na ramie łóżka?”

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza.

„Czy Zamawiający dopuści mankiety kompatybilne z oferowanymi pompami, posiadającymi poniższe parametry:?”

Pytanie 15

„Mankiety na podudzie dostępne w trzech rozmiarach: standardowy, duży, bariatryczny?”

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza.

Pytanie 16

„Mankiety na podudzie i udo dostępne w dwóch rozmiarach: standardowy i duży?”

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza.

Pytanie 17

„Mankiety na stopę dostępne w dwóch rozmiarach EURO: do 40 oraz 41 i powyżej?”

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza.

Pytanie 18

„Mankiety jednopacjentowe?”

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza.

Pytanie 19

„Mankiety wykonane z lekkiego, oddychającego materiału?”

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza

Pytanie 20

„Mankiety zapinane na rzep z możliwością repozycjonowania i dostosowania do rozmiaru kończyny?”

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza.

Jednocześnie informujemy, że zmianie ulega termin składania oraz otwarcia ofert.

Nowy termin składania ofert: 21.06.2023 r. do godz. 13.00.

Nowy termin otwarcia ofert: 21.06.2023 r. o godz.14.00.

Adam Fimiarz

/-/

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu