



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 9 maja 2018 r.

AG.ZP.3320.17. .18



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/NA/Po
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001 : 2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000 : 2005

Dotyczy: Wyjaśnienia treści SIWZ

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na **przeprowadzenie przeglądu okresowego aparatury medycznej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II**. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnień:

Pytanie 1 dot. zadania nr 32

W celu przedstawienia Państwu dokładnej ceny za usługę przeglądu uprzejmie prosimy, dla każdej z pomp, o podanie stanu licznika pompy, ilości godzin przepracowanych z dysku oraz daty dysku.

Wyjaśnienie:

1. Pompa S-98xT o nr seryjnym S805092-E1
 - licznik pompy – 9283.3 h
 - liczba godzin przy dysku – 197,3 h
 - data z dysku – do 22.06.2019
2. Pompa S-97E o nr seryjnym S77087-E7
 - licznik pompy – 13079.3h
 - liczba godzin przy dysku – 704 h
 - data z dysku – do 28.06.2018
3. Pompa S-98XT
 - licznik pompy – 8889.2 h
 - liczba godzin przy dysku – 419,2 h
 - data z dysku – do 22.06.2019

Pytanie 2 dot. SIWZ rozdział XIV

Uprzejmie prosimy o udostępnienie formularza cenowego, do niniejszego postępowania, gdyż załącznik nr 4 jest projektem umowy, a nie formularzem.



tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
Wyjaśnienie treści SIWZ – AG.ZP 3320.17.18

Wyjaśnienie:

Zamawiający określił w SIWZ na str 21 sposób sporządzenia formularzy cenowych przez Wykonawcę. Zamawiający nie ma obowiązku sporządzać formularzy cenowych jako załącznika. Zgodnie z zapisami SIWZ załącznik nr 4 to projekt umowy.

Pytanie 3 dot. SIWZ rozdział IV, załącznik nr 4 - projekt umowy § 2 pkt. 1 i 2

W przypadku pomp do kontrapulsacji, zgodnie z zaleceniami producenta pomp, przegląd wykonuje się dwa razy do roku, co 6 miesięcy. Prosimy o uwzględnienie niniejszego w formularzu cenowym i umowie.

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający oczekuje wykonania jednego przeglądu.

Pytanie 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 11 poz. nr 2 – ETD 2 PLUS?

Wyjaśnienie:

Nie. Wiążące są zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 5 dot. SIWZ – pkt. III – OPZ – zadanie 14

Prosimy o podanie informacji czy Zamawiający posiada aktywny klucz serwisowy do rezonansu magnetycznego Achieva Nova Dual i jakie jest aktualne oprogramowanie?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie posiada informacji odnośnie aktywnego klucza serwisowego. Oprogramowanie MR System Achieva Release 2.6.3.9 2013-10-30 SRN 32.378,.

Pytanie 6 dot. SIWZ – pkt. III – OPZ – zadanie 14

Prosimy o podanie typu magnezu i rezonansu magnetycznego, będącego przedmiotem zamówienia. Czy to aparat 1,5 T czy 3 T??

Wyjaśnienie:

Rezonans magnetyczny 1,5 T.

Pytanie 7dot. SIWZ – pkt. V – Warunki udziału w postępowaniu – zadanie 14 – Załącznik nr 4 do SIWZ – wzór umowy - § 4 ust. 1.– zadanie 14

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za spełnienie warunku udziału w postępowaniu, jeśli Wykonawca dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą kwalifikacje do wykonania przeglądów, konserwacji, testów technicznych aparatury będącej przedmiotem zamówienia oraz jedną osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne SEP do wykonywania testów bezpieczeństwa elektrycznego lub udostępnienie wykazu podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania przeglądów.

Zwracamy uwagę, że odpowiedzialność w zakresie serwisu urządzenia spoczywa na podmiocie świadczącym usługi serwisowe w zakresie prowadzonej działalności. Wykonywanie usługi serwisu pogwarancyjnego na gruncie Ustawy o wyrobach medycznych, przez podmioty inne niż producent lub jego autoryzowany przedstawiciel, jest w pełni dopuszczalne, a użytkownik wyrobu, tutaj szpital, nie jest przy tym związany żadnymi ewentualnymi ograniczeniami wynikającymi z umowy gwarancyjnej. Z art. 90 Ustawy o wyrobach medycznych nie wynika bezwzględny nakaz stosowania się do zaleceń producenta w odniesieniu do firm, które mogą wykonać przegląd i serwis sprzętu. Warunek autoryzacji producenta dotyczy ściśle etapu dostarczenia wyrobu i wprowadzenia do obrotu, a zatem obejmuje takie podmioty jak producenta, importera i dystrybutora sprzętu, nie zaś niez-

leżne od producenta firmy serwisowe. Powyższe potwierdza również Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki lekowej i Farmacji, w indywidualnej interpretacji z 2011 roku oświadczając wręcz, że: „w szczególności art. 90 ustawy nie określa, że serwis mogą sprawować jedynie podmioty autoryzowane przez wytwórcę. (...). Do kierownika zakładu lub osoby użytkującej wyrób medyczny należy wybór podmiotu, który będzie wykonywał naprawy, dokonywał przeglądu i serwisował użytkowaną przez zakład opieki zdrowotnej aparaturę.

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie 8

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przesłanie formularza cenowego, o którym mowa w SIWZ rozdział VIII „Dokumenty potwierdzające, że oferowana dostawa odpowiada określonym przez Zamawiającego wymaganiom, oraz dokumenty, informacje i oświadczenia które musi zawierać oferta dokumenty” i rozdział XIV „Opis sposobu obliczania ceny”. W załącznikach do SIWZ brak ww. dokumentu. Prosimy także o wyjaśnienie – czy w formularzu ofertowym (załącznik nr 3) wykonawca musi wskazać cenę netto, wartość podatku VAT i cenę brutto osobno dla każdej części (pakietu), na którą składa się oferta?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie ma obowiązku zamieszczania formularzy cenowych w formie załącznika, sposób sporządzania formularzy cenowych dla każdego pakietu oddzielnie został określony w SIWZ na str 21, natomiast formularz ofertowy (załącznik nr 3) musi być sporządzony dla każdego zadania oddzielnie.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert. Obowiązujące terminy to:

Termin składania ofert – 15 maja do godz. 12:00

Termin otwarcia ofert – 15 maja godz. 13:00

*lek. med. Andrzej Mielcarek
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu*