



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]



22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10

Zamość, dnia 22.01.2019r.

AG.Z.2150.16.2.2019

Dotyczy: odpowiedzi na pytania.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że do zaproszenia do złożenia oferty na dostawę sprzętu terapeutycznego dla Pracowni Hemodynamiki wpłynęły pytania.

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi.

Pytanie 1:

„Czy Zamawiający w zadaniu nr 2 wyrazi zgodę na złożenie oferty na mikrocewniki dwukanałowe do CTO znanego amerykańskiego producenta, dwa modele do wyboru przez Zamawiającego o parametrach:

- z szafem o średnicy dystalnej 3,5F x 3,5F (jedyne na rynku mikrocewniki typu Torque) lub 2,7F x 3,4F
- dwa kanały: wewnętrzny RX i OTW o owalnym lub okrągłym kształcie
- oznaczone wyjście portu OTW, widoczne w skopii
- konstrukcja trzonu wykonana z oplotu ze stali nierdzewnej lub z popychaczem ze stali nierdzewnej
- konstrukcja trzonu wykonana z oplotu ze stali nierdzewnej lub z popychaczem ze stali nierdzewnej
- dostępne w długości 135cm
- średnica zewnętrzna końcówki dystalnej 2,1F lub 2F
- średnica zewnętrzna kanału OTW 0,040” lub 0,038”
- kompatybilne z przewodnikiem 0,014”
- polimerowe pokrycie hydrofilne na dystalnym końcu
- miękka atraumatyczna końcówka
- końcówka mikrocewnika dobrze widoczna w skopii
- kąt odgięcia portu wyjściowego kanału OTW 10 stopni (doskonały do dostępu typu retroflex) lub 0 stopni
- długość końcówki dystalnej 7mm lub 20mm ?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Dopuszcza ale nie wymaga

Pytanie 2:

Ad załącznik nr do zaproszenia, wzór umowy

„Czy nie zaszła omyłka w treści umowy? Wskazany w niej termin na wykonanie dostawy (par 2 ust 1) już minął?”

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Wiążący jest termin wskazany w pkt II zaproszenia do złożenia oferty tj: 12 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy. Jednorazowe dostawy będą realizowane w terminie 7 dni licząc od daty wysłania pisemnego zlecenia.

DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

lek med. Andrzej Mielcarek



Certyfikat nr 51705/B/0001/AK/Po
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/AK/Po
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/AK/Po
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/AK/Po
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/AK/Po
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 64151/A/0001/AK/Po
ISO 22000 : 2005



KOMITET
UOWSZECHNIANIA
KARMENIA
PIERSIĄ

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:

szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. | Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524