



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ^(A)

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość ,dnia 6.02.2018r

Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/NA/Po
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001 : 2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000 : 2005

AG.Z.2150.45.1. .2018

dotyczy: odpowiedzi na pytanie.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu informuje ,że do zaproszenia do złożenia oferty na dostawę kardiomonitora wpłynęły pytania .

Poniżej podajemy treść pytania i odpowiedzi :

Załącznik nr 1 do zaproszenia -oferta wykonawcy

1. Dotyczy punktu 13-Chcieliśmy zwrócić uwagę na fakt ,iż w świetle obowiązujących przepisów,regulujących kwestię odpowiedzialności producenta wyrobów medycznych za używanie aratów ,z w tym za możliwość wystawienia incydentów medycznych,wszelkie naprawy i przeglądy okresowe urządzeń medycznych powinny być wykonywane przez przeszkolonych pracowników autoryzowanego serwisu. Z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia pacjenta wykonanie napraw i przeglądów serwisowych wymagają odbycia zaawansowanego przeszkolenia. Tego typu szkolenia odbywają się odpłatnie ,poza granicami Polski i co do zasady obejmują użytkowników aparatów. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu przeprowadzenia szkoleń serwisowych,określonych w punkcie 13 formularza oferty.

Załącznik nr 2 do zaproszenia -parametry techniczne

2. Dotyczy punktu 17

Czy Zamawiający dopuści monitor bez funkcji „Możliwość dezaktywacji modułów pomiarowych”,ale z automatyczną rekonfiguracją ?

Odpowiedz :

Wymagania pozostają bez zmian.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora
Samodzielnego Publicznego szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
ds. Lecznictwa
lek. med. Marek Lipiec



tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:

szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524