



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu [®]

22-400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10

Zamość, 2019.11.20



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po
ISO 9001:2015

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po
ISO 14001:2015

Certyfikat nr 51705/X/0001/UA/Po
PN-N 18001:2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001:2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001:2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000:2005



KOMITET
UPOWSZECZNIANIA
KARMIENIA
PIERSIĄ



tel. centrala:
84 677 33 33

tel. sekretariat:
84 677 33 00

fax:
84 638 66 69

www.szpital.zam.pl

e-mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP: 922-22-92-491

REGON: 006050134

KRS: 0000021024

PEKAO S.A. | Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

AG.ZP.3320.3z.2019

Dotyczy: odpowiedzi na pytania.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że do zaproszenia do złożenia oferty na dostawę ssaków medycznych wpłynęły pytania.

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi.

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak elektryczno wydajności ssania 43 l/min?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

NIE, Zgodnie z SIWZ

Pytanie 2:

Czy Zamawiający będzie wymagał aby poziom głośności pracy ssaka wynosił poniżej 40db (praca cichsza od komputera)?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

NIE, Zgodnie z SIWZ

Z-ca DYREKTORA

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
ds. Lecznictwa
lek med. Marta Węgrzyn-Bąk