

„Dostawa 1 kompletu resektoskopu przepływowego monopolarnego na potrzeby Bloku Operacyjnego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu .”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Lp.	Parametr / warunek	Ilość	Warunek graniczny	Podać opis i numer katalogowy
1.	Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2023 r. Producent Model Kraj pochodzenia	-	TAK podać	
2.	Optyka endoskopowa 30 ⁰ , średnica 4 mm, długość 30 cm, autoklawowalna, z przyłączem umożliwiającym zatraskowe podłączenie światłowodów różnych producentów (min. Storz, Wolf)	1 szt.	TAK podać	
3.	Element pracujący resektoskopu, monopolarny, aktywny, wyposażony w zamknięte uchwyty na palce i kciuk, z przyłączem przewodu HF od góry	1 szt.	TAK	
4.	Płaszcz resektoskopu 26 Charr, obrotowy, z regulacją przepływu, składający się z płaszcz zewnętrznego i płaszcz wewnętrznego. Przyłącza napływu i odpływu zintegrowane z płaszczem zewnętrznym, wyposażone w końcówki luer-lock. Płaszcz wewnętrzny z ukośną końcówką ceramiczną.	1 kpl	TAK	
5.	Obturator kompatybilny z płaszczem resektoskopu 26 Charr	1 szt.	TAK	
6.	Przewód wysokiej częstotliwości, monopolarny do dia-	1 szt.	TAK	

	termii ERBE o dł. 3m			
7.	Elektroda pętlowa, zagięta, monopolarna, do zastosowania z płaszczem 26 Charr	5 szt.	TAK	
6	Elektroda wałeczkowa lub kulkowa (do wyboru przez Zamawiającego), monopolarna, do zastosowania z płaszczem 26 Charr	6 szt.	TAK	