



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu<sup>®</sup>

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 4.07.2018r.

AG.Z.2150.44.8.2018

Dotyczy: odpowiedzi na pytania.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że do zaproszenia do złożenia oferty na dostawę materacy szpitalnych i pokrowców do materacy wpłynęły pytania.

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi.

#### Pytanie 1:

„Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 ma na myśli pokrowce zmywalne-nieprzepuszczalne czy pokrowce paroprzepuszczalne-wodoszczelne?„

#### Odpowiedź na pytanie nr 1:

Pokrowiec zmywalny-nieprzepuszczalny

#### Pytanie 2:

„Czy Zamawiający w zadaniu nr 2 ma na myśli pokrowce zmywalne-nieprzepuszczalne czy pokrowce paroprzepuszczalne-wodoszczelne.?”

#### Odpowiedź na pytanie nr 2:

Pokrowiec zmywalny-nieprzepuszczalny

#### Pytanie 3:

„Czy Zamawiający w zadaniu nr 2 poz 3 dopuści pokrowiec zmywalny w kolorze białym lub paroprzepuszczalny w kolorze biały, zieleń szpitalna lub beż” ?

#### Odpowiedź na pytanie nr 3:

Pokrowiec zmywalny-nieprzepuszczalny w kolorze jasnym lub białym

#### Pytanie 4:

„Zamawiający nie określił czasu trwania umowy. Prosimy o podanie.” ?

#### Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający określił czas trwania umowy w pkt II zaproszenia do złożenia oferty. – tj. 6 miesięcy od daty podpisania umowy.

#### Pytanie 5:

„Zamawiający oczekuje dołączenia do oferty Certyfikatu Oeko-Tex Standard 100 na materace i pokrowce do materacy. Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez dostarczenie Certyfikatu Oeko-Tex Standard 100 na piankę oraz na materiał pokrowca” ?

#### Odpowiedź na pytanie nr 5:

TAK



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po  
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po  
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/UA/Po  
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po  
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po  
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po  
ISO 22000 : 2005



tel. Centrala  
84 6773333

tel. Sekretariat  
84 6773300

Fax  
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
000021024

PEKAO S.A. | Oddział  
w Zamościu  
61 1240 2816 1111  
0010 3901 3524

Z-ca DYREKTORA  
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
ds. Lecznictwa  
lek med. Marek Lipiec