

Dotyczy postępowania LAP.6150-U/03/.../2017

1. Czy Zamawiający w pozycji 1 wyrazi zgodę na glukometr nieposiadający automatycznego wyrzutu paska, ale konstrukcja paska pozwala go usunąć z glukometru bez dotykania pola pomiarowego na pasku?

Odp: Zgodnie z SIWZ

2. Czy Zamawiający w pozycji 1 wyrazi zgodę na temperaturę przechowywania pasków 4°C-30°C?

Odp: Zamawiający wyraża zgodę