



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10, ☎ 84 6773333, ✉ szpital@szpital.zam.pl
www.szpital.zam.pl, NIP 922 229 24 91, REGON 006050134, KRS 0000021024

Zamość, dnia 31.08.2023 r.

AT.Z.2150.7.2a.2023

Dotyczy: odpowiedzi na pytania.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że do zaproszenia do złożenia oferty na dostawę lampy operacyjnej diodowej dla Oddziału Laryngologii wpłynęły pytania.

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi.

Pytanie 1

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Szpital@szpital.zam.pl”.

Odpowiedź na pytanie nr 1

NIE, zgodnie z zapisami zawartymi w zaproszeniu do złożenia oferty.

Pytanie 2

„Pętle i elektrody produkowane przez firmę Karl STORZ z serii 26050 dostarczane są wyłącznie w opakowaniach zbiorczych po 6 sztuk dla każdego rodzaju. Tego typu oryginalne opakowanie zbiorcze zawiera pętle/elektrody, które nie SA sterylne i nie są biologicznie czyste – wymagają one standardowego procesu mycia, dezynfekcji i sterylizacji przed użyciem na pacjencie. W związku z powyższym czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w poz. 7 elektrody pętlowej, zagiętej, monopolarnej, do zastosowania z płaszczem 26 Charr w opakowaniu po 6 sztuk? Jeżeli tak prosimy o korektę ilości, aby była wielokrotnością liczby 6”.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający podtrzymuje wymaganą ilość 5 sztuk elektrod, ale w przypadku gdy opakowanie zbiorcze zawiera większą ilość sztuk elektrod, Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na proponowaną ilość np. 6 sztuk elektrod.

Krzysztof Polberg

/-/

Z-ca Dyrektora

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

ds. Lecznictwa