

**Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki  
Im. Papieża Jana Pawła II  
w Zamościu**

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 21.03.2019 r.

AG.Z.2150.49.1.2019

Dotyczy: odpowiedzi na pytania.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu informuje, że do zaproszenia do złożenia oferty na dostawę sprzętu endoskopowego wpłynęły pytania .

Poniżej podajemy treść pytania i odpowiedź :

**Pytanie nr 1 - dotyczy poz.2 :**

**Zadanie nr 3 Pyt. 1**

**Czy Zamawiający dopuści:**

Poz 1

długość 190-210cm,średnica cewnika 7F,średnica balonu 8 mm,pojemność około 1,5cc,możliwość pracy z prowadnicą 0,035”

**Odpowiedź: Nie**

Poz 2

długość 190-210 cm,średnica cewnika 7F,średnica balonu 12mm,pojemność około 3,0cc,możliwość pracy z prowadnicą 0,035”

**Odpowiedź: Nie**

Poz 3

długość 190-210 cm,średnica cewnika 7F,średnica balonu 15mm,pojemność około 4,0cc,możliwość pracy z prowadnicą 0,035”

**Odpowiedź: Nie**

Poz 4

długość 190-210cm,średnica cewnika 7F,średnica balonu 12- 13,5-15 18-19-20mm,możliwość pracy z prowadnicą 0,035”

**Odpowiedź: Nie**



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po  
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po  
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/NA/Po  
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po  
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po  
ISO 27001 : 2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po  
ISO 22000 : 2005



KOMITET  
UPOWIASCZCZENIA  
KAMERYNA  
PIERWSZA



tel. Centrala  
84 6773333

tel. Sekretariat  
84 6773300

Fax  
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
0000021024

PEKAO S.A. | Oddział  
w Zamościu  
61 1240 2816 1111  
0010 3901 3524

**Zadanie nr 5 Pyt. 1****Czy Zamawiający dopuści :**

Poz 1

*Samorozprężalny stent metalowy do dróg żółciowych wykonany z cienkiego plecionego drutu nitinolowego z platynowym rdzeniem, zamontowany na zestawie wprowadzającym 9F w wersji częściowo pokrywanej i 10F w wersji pokrywanej, współpracujący z przewodnikiem 0,035". Kolnierz na obu końcach stentu zapobiegający przemieszczaniu się stentu.. Średnica stentu pokrywanego i częściowo pokrywanego 10 mm i długość 4,6,8,cm(dla średnicy 10 mm). W wersji pokrywanej i częściowo pokrywanej na końcu stentu pętla uchwytna służąca do dystalnej zmiany położenia/usunięcia w przypadku nieprawidłowego umieszczenia. W wersji bez pokrycia średnica*

zestawu 8F, brak kolnierzy na końcach, dostępne średnice 8,10 mm, i długości 4,6,8,10 cm. Możliwość otwierania i zamykania stentu na zestawie do 80%. Cieniodajne znaczniki na cewniku zewnętrznym i uchwycie do podawania pozwalają na kontrolę stopnia uwolnienia stentu i pozwalają uchwycić próg rozprężenia. Przeznaczony do jednorazowego użytku(wg potrzeb zamawiającego)

**Odpowiedź: Nie****Zadanie nr 6 Pyt. 1****Czy Zamawiający dopuści :**

poz 1

Stent samorozprężalny nitinolowy do przełyku z odkrytymi kolnierzami, pokryty silikonem z dwóch stron. Z możliwością rozwijania i chowania stentu do koszulki, repozycjonowania w czasie jak i po rozłożeniu protezy. Wymagane rozmiary: 8,10,12,14 cm. Cewnik wprowadzający 8 mm współpracujący z przewodnicą 0,035"(wg potrzeb zamawiającego)

**Odpowiedź: Tak****Zadanie nr 8 Pyt. 1****Czy Zamawiający dopuści :**

Poz 1

Samorozprężalny stent nitinolowy do nowotworowych zwężeń dwunastnicy i żołądka,

Wymagane długości 6,8,12 cm(wg potrzeb zamawiającego) – Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

**Odpowiedź: Tak****Zadanie nr 9 Pyt. 1****Czy Zamawiający dopuści :**

Poz 1

Rękojeść z mechanizmem działającym w dwóch kierunkach i umożliwiającym precyzyjne uwalnianie

podwiązek, z czterema podwiązkami, przedostatnia gumka w innym kolorze, cewnik zakładający, adapter do płukania

Poz 2

Rękojeść z mechanizmem działającym z dwóch kierunkach i umożliwiającym precyzyjne uwalnianie podwiązek, przedostatnia gumka w innym kolorze, z sześcioma podwiązkami, cewnik zakładający, adapter do płukania

**Odpowiedź: Tak**

#### **Zadanie nr 14 Pyt. 1**

**Czy Zamawiający dopuści :**

Poz 1

Czy w przypadku klipsownicy jednorazowej opisanej w poz 1 Zamawiający dodatkowo wymaga aby narzędzie wyposażone było w rękojeść z trzema pierścieniami zapewniającą precyzyjny obrót i działanie klipsownicy ?

**Odpowiedź: Nie**

#### **Zadanie nr 2**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawów o długości 220cm, cewnik prowadzący z jednym markerem RTG?

**Odpowiedź: Nie**

#### **Zadanie nr 3**

Czy Zamawiający w pozycji 1,2 i 3 dopuści zaoferowanie cewników o średnicy 7Fr -5,5 Fr?

**Odpowiedź: Nie**

Czy Zamawiający w pozycji 4 zadania nr 2 dopuści zaoferowanie cewników o średnicy 7 Fr, średnica balonu 12-15-18mm.?

**Odpowiedź: Nie**

#### **Zadanie nr 5**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie stentów wykonanych z nitinolu, zamontowanych na zestawie 8Fr, średnica stentów 10mm, pętla na końcu dwunastniczym przy stentach całkowicie pokrywanych, próg rozprężenia zaznaczony na zewnętrznej części popychacza?

**Odpowiedź: Nie**

#### **Zadanie nr 6**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie stentów o długości 8,10,12,13 i 15cm, cewnik wprowadzający

6mm?

**Odpowiedź: Tak , jeśli pozostałe parametry są zgodne**

**Zadanie nr 8**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie stentów o długości 6,8,10 i 12cm?

**Odpowiedź: Tak, jeśli pozostałe parametry są zgodne**

**Zadanie nr 12**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zgłębników z końcem bliższym z jedną końcówką EnFit?

**Odpowiedź: Tak**

**Zadanie nr 13**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawów z cewnikiem z przezroczystego silikonu?

**Odpowiedź: Nie**

**Zadanie nr 14**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie klipsownic w koszulce teflonowej?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

Z-ca DYREKTORA  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
ds. Lecznictwa  
lek. med. Marek Lipiec