

„Dostawa lampy operacyjnej diodowej dwuczaszowej na potrzeby Oddziału Laryngologii w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu .”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Lp.	Parametry techniczne i funkcjonalne	Wymagania	Wartość oferowana
1.	Urządzenie fabrycznie nowe, 2023 rok produkcji Producent Model/typ Kraj pochodzenia	TAK podać	
2.	Dwuczaszowa diodowa lampa operacyjna o wysokiej bezcieniowości, dedykowana do sali operacyjnej, przeznaczona do oświetlenia pola operacyjnego: płytkiego, głębokiego, rozległego.	TAK	
3.	Czasze mocowane do sufitu na obrotowych wysięgnikach dwuramiennych zawieszonych na jednej wspólnej osi. Każdy wysięgnik wyposażony w co najmniej jedno ramię uchylne, umożliwiające regulację wysokości. Każda czasza wyposażona w podwójny przegub umożliwiający manewrowanie w trzech prostopadłych osiach.	TAK	
4.	Lampa wyposażone w maskownicę zakrywającą płytę stropową oraz wszystkie przyłącza elektryczne.	TAK	
5.	Łączna długość ramion każdej z czasz min. 150 cm	TAK Podać	
6.	Kopuła główna i satelitarna o takich samych wymiarach i parametrach świetlnych.	TAK	
7.	Czasze lampy w kształcie bryły zamkniętej, zwartej, łatwej do utrzymania lampy w czystości. Powierzchnia czasz gładka, bez widocznych szczelin, śrub lub nitów mocujących, wykonana z materiałów odpornych na zarysowanie i działanie środków dezynfekujących, o konstrukcji zapobiegającej dostawaniu się do środka wilgoci oraz	TAK opisać	

	płynów podczas używania środków czyszczących.		
8.	Natężenie światła Ec max z odległości 1 m dla każdej z czasz min. 150 000 lux	TAK podać	
9.	Współczynnik odwzorowania barwy światła słonecznego Ra min. 96	TAK podać	
10.	Współczynnik odwzorowania barwy czerwonej R9 min. 96	TAK podać	
11.	Głębokość oświetlenia (L1+L2) dla Ec 20%: min. 900 mm	TAK podać	
12.	Regulacja temperatury barwowej światła w min. 3 krokach z zakresu 3800 – 4800 K	TAK podać	
13.	Regulacja natężenia oświetlenia w zakresie min. 30 – 100%	TAK podać	
14.	Regulacja średnicy pola świetlnego w zakresie min. 20 - 32 cm	TAK podać	
15.	Panele sterowania umieszczone na/przy kopułach obu czasz, zawierające min. włącznik lampy i regulator natężenia światła	TAK	
16.	Pozycjonowanie każdej z czasz wielorazowym sterylizowanym uchwytem	TAK podać	
17.	Wielorazowe uchwyty z możliwością sterylizacji parowej w temp. 134 C – 3 szt. na każdą z czasz	TAK	
18.	Żywotność źródeł światła min. 40 000 godz.	TAK podać	
19.	Oferowana lampa ma być zainstalowana w miejsce funkcjonującej i podłączonej do zasilania lampy operacyjnej dwuczaszowej typu BHC 501/501p prod. Famed – wszystkie czynności instalacyjne po stronie wykonawcy. Wykonawca przed złożeniem oferty uprawniony jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w pomieszczeniu, w którym będzie zamontowana lampa	TAK	

20.	Gwarancja min. 36 miesięcy	TAK podać	
21.	Podać zalecaną przez producenta częstość wykonywania przeglądów okresowych. Wymenić zakres czynności wykonywanych podczas przeglądów okresowych oraz elementy zużywalne wymieniane podczas wykonywania w/w przeglądu	TAK podać	

Wymogiem jest aby wartości podane w kolumnie „Wartość oferowana” były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie producenta przedstawiającym dane techniczne - Product Data. Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji. Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.