



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu <sup>(A)</sup>

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



AG. Z.2150.29.3. 2018

Zamość 23.03.2018 r

Dotyczy : odpowiedzi na pytania .

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu informuje , że do zaproszenia do złożenia ofert na dostawę testów do oznaczania kalprotektyny w kale metodą szybkiego testu kasetowego oraz zakażenia Borrelia i schorzeń autoimmunologicznych wraz z dzierżawą aparatu dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego wpłynęły pytania .

**Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi :**

**Pytanie nr 1 do zadania nr 2 pozycja nr 1/1:**

Czy Zamawiający wymaga testu z możliwością oznaczeń zarówno w surowicy jak i w płynie mózgowo-rdzeniowym przy użyciu tego samego zastawu ?

Odpowiedź:

**Nie wymaga ale dopuszcza.**

**Pytanie nr 2 :**

Czy Zamawiający wymaga zastosowania tego samego składu antygenowego w obu klasach przeciwciał ?

Odpowiedź:

**Nie wymaga ale dopuszcza.**

**Pytanie nr 3 :**

Czy Zamawiający wymaga testu posiadającego kontrolę reakcji , kontrolę dodania konjugatu oraz kontrola cut off na każdym pasku ?

Odpowiedź:

**Nie wymaga ale dopuszcza.**

**Pytanie nr 4 do zadania nr 2 pozycja nr 3:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu o następującym składzie antygenowym (dołączony załącznik) ?

Odpowiedź:

**Tak wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 5 do zadania nr 2 pozycja nr 1,2,3.**

Czy Zamawiający wymaga skanera do odczytu pasków testowych umożliwiających automatyczny odczyt pasków bez ich ręcznego wyjmowania z tacek inkubacyjnych i przyklejania do arkuszy oceny testu ?

Odpowiedź:

**Nie wymaga ale dopuszcza.**

Z poważaniem:  
DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

(-) lek. med. Andrzej Mielcarek



Certyfikat nr 51705/B/0001/AK/Po  
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/AK/Po  
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/NA/Po  
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/AK/Po  
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/AK/Po  
ISO 27001 : 2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/AK/Po  
ISO 22000 : 2005



KOMITET  
UPOWAŻCZENIA  
KARMIENIA  
PIERWSZA



tel. Centrala  
84 6773333

tel. Sekretariat  
84 6773300

Fax  
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
000021024

PEKAO S.A. I Oddział  
w Zamościu  
61 1240 2816 1111  
0010 3901 3524