



Zamość, dnia 29 marca 2018 r.

AG.ZP.3320.16. .18

dotyczy: **wyjaśnienie treści SIWZ.**

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. informuje, że wpłynęły pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów i sprzętu medycznego dla Oddziału Okulistycznego.

Poniżej podajemy ich treść i wyjaśnienia:

Pytanie dot. zadania nr 10:

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 10 soczewkę wewnątrzgałkową sferyczną, bezaberracyjną, akrylową, hydrofilną, jednoczęściową o następujących parametrach:

materiał: kopolimer,

średnica optyczna – 6 mm,

zakres mocy: 0D do 10.0D co 1 D, 10.0D do 30.0D co 0.5D,

średnica całkowita: 11 mm od 0.0D do 15.0D, 10.7 mm od 15.5D do 22.0D, 10.5 mm od 22.5D do 30.0D,

kształt: cztery hapteny, ostra tylna krawędź na pełnym obwodzie 360° części optycznej, < 5 μm. Znacznik położenia soczewki na części optycznej,

uwodnienie: 26%,

indeks refrakcji: 1,46,

angulacja: 0°,

z filtrem UV, z funkcją anti-glare, implantacja za pomocą injectorów i kardryza dołączonego do soczewki przez cięcie < 2.2 mm.

Wyjaśnienie:

Nie.

Pytanie dot. zadania nr 26:

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 26 błękit trypanu o stężeniu 0.05% w ampułkostrzykawce o pojemności 0.7 ml ?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie dot. zadania nr 1:

Czy zamawiający dopuści również nóż o parametrach wymienionych poniżej:

Sterylny nóż z uchwytem trzonkowym z ostrzem prostym skośno-ściętym pod kątem 15 stopni ?

Wyjaśnienie:

Tak.



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/NA/Po
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001 : 2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000 : 2005



tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

Pytanie dot. zadania nr 3:

Czy zamawiający dopuści również nóż o parametrach wymienionych poniżej:

Sterylny nóż z uchwytem trzonkowym, trapezoidalny, z ostrzem odgiętym do cięcia w czystej rogówce, jednostronnie ostrzony, posiada powierzchnię antyodblaskową. Szerokość 1,6 – 1,8 mm. Ostrze posiada dwa znaczniki. Jeden na szerokości 1,6 mm, a drugi na szerokości 1,8 mm ?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie dot. zadania nr 10 – „Soczewki zwijalne”:

Zwracam się z prośbą o informację, czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 10 soczewkę wewnątrzgałkową zwijalną o następujących parametrach:

Soczewka wewnątrzgałkowa zwijalna, jednoczęściowa, akrylowa, hydrofilna, asferyczna, z jednorazowym zestawem do implantacji; średnica optyczna 6,0 mm; długość całkowita 12,5 mm; stopień uwodnienia 26%; angulacja haptenów 0°; dioptraż od -10.0 D do +40.0 D (od 6.0 do 30.0 D co 0.5 D). Implantacja przez cięcie 2,2 mm. Dwie części haptyczne typu Closed Loop, w każdym pojedynczy otwór, umożliwiające w razie potrzeby podszycie soczewki. Podwójne ostre krawędzie 360° zapobiegające migracji komórek. Indeks refrakcji 1,457, stała A dla biometrii ultradźwiękowej 118,0 (jednakowa dla wszystkich dioptraży). Kąt zwilżania materiału soczewki 52 stopnie. Liczba Abbego 58. Filtr UV: benzofenon. Moduł Younga 30 N/mm². Jednorazowy system do implantacji składający się z injectora typu „push” wraz z kartridżem – zapakowane razem z soczewką; kartridż typu „motylkowego”. Ścięcie końcówki kartridża 37 stopni. Soczewka sterylizowana parowo, system implantacyjny sterylizowany tlenkiem etylenu. Kompatybilna z laserem Nd: YAG.

Wyjaśnienie:

Nie.

Pytanie dot. zadania nr 10 – „Soczewki zwijalne”:

Zwracam się z prośbą o zmniejszenie wielkości „banku soczewek” w Zadaniu nr 10 z 200 do 100 sztuk soczewek. Z uwagi na fakt, iż przedmiot zamówienia stosowany jest w planowanych zabiegach okulistycznych, a uzupełnienie depozytu odbywać się będzie w terminie nie dłuższym niż 7 dni od złożenia zapotrzebowania, proponowana ilość w pełni zabezpieczy potrzeby Zamawiającego.

W przypadku wyrażenia zgody na powyższą prośbę, uprzejmie proszę o ponowne określenie wymaganego asortymentu w ramach „banku” (dioptrie / ilość sztuk, § 2 ust. 1 Wzoru umowy).

Wyjaśnienie:

Nie.

Pytanie dot. Wzoru umowy nr 1 (dot. zadań nr 10 i nr 11), § 1 ust. 4:

Zwracam się z prośbą o wskazanie przez Zamawiającego w SIWZ lub we Wzorze umowy, jaka jest minimalna gwarantowana wielkość zamówienia, która zostanie zrealizowana na podstawie zawartej umowy. Brak wskazania minimalnego zakresu zamówienia, który zostanie przez Zamawiającego udzielony powoduje, że opis przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym nie jest jednoznaczny i wyczerpujący, a Wykonawca nie może w prawidłowy sposób dokonać kalkulacji ceny oferty, bez narażania się na ewentualne straty.

W doktrynie od wielu lat wskazuje się, o czym świadczą wyroki przykładowo: sygn. akt

str. 2

UZP/ZO/0-79/05 z dnia 25 stycznia 2005 r., sygn. akt KIO/UZP 1329/08 z dnia 4 grudnia 2008 r., sygn. akt KIO/UZP 22/07 z dnia 11.01.2008 r., sygn. akt KIO/UZP 458/09, KIO/UZP 460/09 w dnia 24 kwietnia 2009 r. i inne, iż Zamawiający zobowiązany jest opisać przedmiot zamówienia z podaniem jego ilości, nawet kiedy zapotrzebowanie jest trudno przewidywalne. Tym samym, Zamawiający nie może kształtować zakresu zamówienia już po jego udzieleniu, a niedopuszczalną praktyką jest określenie przez Zamawiającego jedynie górnej granicy swojego zobowiązania, bez wskazania chociażby minimalnej ilości czy wartości, która na pewno wyda na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia.

Wyjaśnienie:

Na mocy art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wprowadza zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w części „wzór umowy nr 1” i „wzór umowy nr 2”. **Zmianie ulegają:**

- treść § 1 ust. 4 wzoru umowy nr 1, która otrzymuje brzmienie: „4.Stopień realizacji umowy w ramach poszczególnych asortymentów uzależniony jest od potrzeb wynikających z działalności Kupującego. Kupujący zastrzega sobie prawo do realizacji poszczególnych asortymentów w mniejszym lub większym zakresie niż to wynika z ilości określonych w umowie lub załączniku do niniejszej umowy. Sprzedawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tytułu zamówienia mniejszej ilości asortymentu niż określona niniejszą umową. Strony zgodnie oświadczają, że ewentualne zmniejszenie stopnia realizacji umowy nie przekroczy 20% ceny brutto określonej w § 6 ust. 1 umowy”;

- treść § 1 ust. 3 wzoru umowy nr 2, która otrzymuje brzmienie: „3.Stopień realizacji umowy w ramach poszczególnych asortymentów uzależniony jest od potrzeb wynikających z działalności Kupującego. Kupujący zastrzega sobie prawo do realizacji poszczególnych asortymentów w mniejszym lub większym zakresie niż to wynika z ilości określonych w umowie lub załączniku do niniejszej umowy. Sprzedawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tytułu zamówienia mniejszej ilości asortymentu niż określona niniejszą umową. Strony zgodnie oświadczają, że ewentualne zmniejszenie stopnia realizacji umowy nie przekroczy 20% ceny brutto określonej w § 3 ust. 1 umowy”.

Pytanie dot. Wzoru umowy nr 1 (dot. zadań nr 10 i nr 11), § 12 ust. 3 pkt 3):

Zwracam się z prośbą o zmianę treści § 12 ust. 3 pkt 3) na następującą:

„3) w przypadku zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulega cena brutto przy zachowaniu ceny netto”.

Pragnę zwrócić uwagę Zamawiającego, iż podatek VAT nie jest zyskiem Wykonawcy, ale obowiązkowym świadczeniem pieniężnym na rzecz budżetu państwa. Zwiększenie stawki podatku VAT, przy zapisach umownych wprowadzonych przez Zamawiającego, skutkuje dla Wykonawcy koniecznością zmniejszenia ceny netto przedmiotu umowy, przy jednoczesnym obowiązku odprowadzenia do budżetu większej kwoty podatku. Natomiast przy zmniejszeniu stawki podatku VAT, za dostarczony przedmiot umowy Zamawiający zapłaci kwotę większą, niż mógłby to zrobić przy wprowadzeniu proponowanej przez nas zmiany (niższa stawka podatku VAT = mniejsza kwota brutto).

W obecnym stanie prawnym Wykonawca nie jest w stanie należycie skalkulować ryzyka związanego ze zmianą stawki podatku VAT, a tym samym dokonać rzetelnie wyceny oferty. W związku z powyższym wnoszę jak we wstępie.

Wyjaśnienie:

Wiążąca jest treść wzoru umowy nr 1 – integralnej części SIWZ.

Pytanie dot. zadania 1:

Czy Zamawiający dopuści nóż do portu bocznego, zagięty typ Sideport MVR 1,2 mm ?

Wyjaśnienie:

Nie.

Pytanie dot. zadania 3:

Czy Zamawiający dopuści nóż typu Slit posiadający jeden znacznik ?

Wyjaśnienie:

Nie.

Pytanie dot. zadania 3:

Czy Zamawiający dopuści nóż typu Slit 1,8 mm posiadający jeden znacznik, zagięty 45 st?

Wyjaśnienie:

Nie.

Pytanie dot. zadania 20:

Czy Zamawiający dopuści zestaw nie zawierający w swoim składzie szkła powiększającego ?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie dot. zadania 20:

Ze względu na konieczność uruchomienia produkcji zestawów operacyjnych przez producenta czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu realizacji pierwszej dostawy do 4 tygodni od daty podpisania umowy ?

Wyjaśnienie:

Nie.

Pytanie dot. zadania 24:

Czy Zamawiający dopuści hialuronian sodu 1,4% o lepkości 30 000 mPas, masie cząsteczkowej 1,1 – 2,0 mln Daltonów, pH: 6,8 – 7,4 ?

Wyjaśnienie:

Nie.

Pytanie dot. wzoru umowy:

Czy za dni w rozumieniu wzorów umowy będą uważane dni robocze definiowane jako dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z treścią § 4 ust. 1 wzoru umowy nr 1 i § 2 ust. 1 wzoru umowy nr 2.

Pytanie dot. wzoru umowy:

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Wyjaśnienie:

Wiążąca jest treść wzoru umowy nr 1 i nr 2 – integralnych części SIWZ.

Pytanie dot. wzoru umowy:

Do §1 ust. 2 – w związku z tym, iż sprzedaż asortymentu w ilościach innych niż wyszczególnione w SIWZ, po zawarciu umowy przetargowej nie jest możliwe ze względu na zapis art. 140 ustawy Prawo zamówień publicznych, prosimy o wykreślenie z projektu umowy treści §1 ust. 2 lub wprowadzenie zapisu określającego minimalny i maksymalny zakres realizacji przedmiotu zamówienia (np. $\pm 20\%$)?

Wyjaśnienie:

Na mocy art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wprowadza zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w części „wzór umowy nr 1” i „wzór umowy nr 2”. **Zmianie ulegają:**

- treść § 1 ust. 4 wzoru umowy nr 1, która otrzymuje brzmienie: „4.Stopień realizacji umowy w ramach poszczególnych asortymentów uzależniony jest od potrzeb wynikających z działalności Kupującego. Kupujący zastrzega sobie prawo do realizacji poszczególnych asortymentów w mniejszym lub większym zakresie niż to wynika z ilości określonych w umowie lub załączniku do niniejszej umowy. Sprzedawczemu nie przysługuje żadne roszczenie z tytułu zamówienia mniejszej ilości asortymentu niż określona niniejszą umową. Strony zgodnie oświadczają, że ewentualne zmniejszenie stopnia realizacji umowy nie przekroczy 20% ceny brutto określonej w § 6 ust. 1 umowy”;

- treść § 1 ust. 3 wzoru umowy nr 2, która otrzymuje brzmienie: „3.Stopień realizacji umowy w ramach poszczególnych asortymentów uzależniony jest od potrzeb wynikających z działalności Kupującego. Kupujący zastrzega sobie prawo do realizacji poszczególnych asortymentów w mniejszym lub większym zakresie niż to wynika z ilości określonych w umowie lub załączniku do niniejszej umowy. Sprzedawczemu nie przysługuje żadne roszczenie z tytułu zamówienia mniejszej ilości asortymentu niż określona niniejszą umową. Strony zgodnie oświadczają, że ewentualne zmniejszenie stopnia realizacji umowy nie przekroczy 20% ceny brutto określonej w § 3 ust. 1 umowy”.

Pytanie dot. opisu przedmiotu zamówienia dla Zadania 12 w Rozdziale I SIWZ:

Czy Zamawiający wymaga soczewki o poziomie addycji do bliży + 2,5D i +3,0D?

Wyjaśnienie:

Addycja +2,5D.

Pytanie dot. opisu przedmiotu zamówienia dla Zadania 12 w Rozdziale I SIWZ:

Czy Zamawiający wymaga współczynnika refrakcji równego 1,55 ?

Wyjaśnienie:

Nie.

Pytanie dot. opisu przedmiotu zamówienia dla Zadania 12 w Rozdziale I SIWZ:

Czy Zamawiający dopuści różną stałą A sugerowaną jako optymalną do soczewek zależnie od poziomu addycji do bliży?

Wyjaśnienie:

Nie dotyczy.

Pytanie dot. opisu przedmiotu zamówienia dla Zadania 13 w Rozdziale I SIWZ:

Czy Zamawiający wymaga współczynnika refrakcji równego 1,55 ?

Wyjaśnienie:

Nie.

Pytanie dot. opisu przedmiotu zamówienia dla Zadania 15 w Rozdziale I SIWZ:

Czy Zamawiający wymaga współczynnika refrakcji równego 1,55 ?

Wyjaśnienie:

Nie.

Pytanie dot. opisu przedmiotu zamówienia dla Zadania 15 w Rozdziale I SIWZ:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rozszerzonego zakresu mocy o dioptraz cylindryczny + 1,0 D.

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie dot. opisu przedmiotu zamówienia dla Zadania 23 w Rozdziale I SIWZ:

Czy Zamawiający dopuści mikroimplant o długości 2,64mm?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie dot. opisu przedmiotu zamówienia dla Zadania 12, 13 i 15 w Rozdziale I SIWZ:

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści, w przypadku złożenia oferty na zadanie 12, 13 i 15 przez jednego wykonawcę, możliwość zaoferowania 1 indzektora wielorazowego (zamiast 3 sztuk), który jest kompatybilny do wszczepu soczewek określonych w zadaniu nr 12, 13 i 15?

Wyjaśnienie:

Nie.

Pytanie dot. opisu przedmiotu zamówienia dla Zadania 12, 13 i 15 w Rozdziale I SIWZ:

Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie, że Zamawiający w zadaniu 12, 13 i 15 wymaga soczewek o ukątowaniu części haptycznych (angulacji) 0 stopni.

Wyjaśnienie:

Nie.

Pytanie dot. zapisów SIWZ i wzoru umowy nr 2 w zakresie zadania nr 13:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy soczewek z zadania nr 13 do 3 tygodni od dnia otrzymania zamówienia przez Sprzedającego ?

Wyjaśnienie:

Wiążąca jest treść wzoru umowy nr 2 – integralnej części SIWZ.

Pytanie dot. zapisów SIWZ:

W związku z poniższym zapisem SIWZ uprzejmie prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga złożenia próbek wraz z ofertą.

„Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert będą podawane nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny i warunków płatności **oraz informacje o złożonych próbkach**”

Wyjaśnienie:

Na mocy art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wprowadza zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Cytowany powyżej zapis otrzymuje brzmienie: „Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert będą

str. 6

podawane nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny i warunków płatności.”

Pytanie dot. wzoru umowy nr 2 (załącznik nr 5):

Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 1 ust. 3 projektu umowy w następującym brzmieniu: „Stopień realizacji umowy w ramach poszczególnych asortymentów uzależniony jest od potrzeb wynikających z działalności Kupującego. Kupujący zastrzega sobie prawo do realizacji poszczególnych asortymentów w mniejszym lub większym zakresie niż to wynika z ilości określonych w umowie lub załączniku do niniejszej umowy, **jednakże w każdym przypadku zobowiązuje się zrealizować umowę w przynajmniej 80% jej wartości**. Sprzedawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tytułu zamówienia mniejszej ilości asortymentu niż określona niniejszą umową, **z zastrzeżeniem zdania poprzedniego.**”

Uzasadnienie:

Kupujący powinien wskazać pewną minimalną ilość wyrobów, które zamówi bez względu na okoliczności. Obniżenie poziomu zamówień o 20%, czyli realizacja umowy w przynajmniej 80% jej wartości, umożliwi Sprzedawcy rzetelną ocenę ryzyka i racjonalne skonstruowanie oferty korzystnej dla obu stron. W przeciwnym wypadku Sprzedawcy miałby problem z oceną opłacalności całego przedsięwzięcia;

Wyjaśnienie:

Na mocy art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wprowadza zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w części „wzór umowy nr 2”.

Zmianie ulega treść § 1 ust. 3 wzoru umowy nr 2, która otrzymuje brzmienie: „3.Stopień realizacji umowy w ramach poszczególnych asortymentów uzależniony jest od potrzeb wynikających z działalności Kupującego. Kupujący zastrzega sobie prawo do realizacji poszczególnych asortymentów w mniejszym lub większym zakresie niż to wynika z ilości określonych w umowie lub załączniku do niniejszej umowy. Sprzedawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tytułu zamówienia mniejszej ilości asortymentu niż określona niniejszą umową. Strony zgodnie oświadczają, że ewentualne zmniejszenie stopnia realizacji umowy nie przekroczy 20% ceny brutto określonej w § 3 ust. 1 umowy”.

Pytanie dot. wzoru umowy nr 2 (załącznik nr 5):

Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 2 ust. 9 zdanie pierwsze projektu umowy w następującym brzmieniu: „W przypadku, gdy Sprzedawcy **popadnie w zwłokę z dostawą** wyrobu będącego przedmiotem umowy **dłuższą niż 3 dni robocze** bądź też nie zaproponuje dostarczania zamiennika (odpowiednika) wyrobu w sytuacji, o której mowa w ust. 1 lub ust. 2 **w ciągu 5 dni roboczych od powzięcia informacji o niej**, Kupujący będzie miał prawo dokonać zakupu wyrobu/ zamiennika u innego Wykonawcy.”

Uzasadnienie:

- Zakup interwencyjny powinien być dopuszczalny w przypadku zwłoki Sprzedawcy, a więc takiej nieterminowej dostawy, za którą ponosi on wyłączną odpowiedzialność;
- Umowa powinna dawać Sprzedawcy pewien minimalny termin na rozeznanie się w sytuacji rynkowej oraz zawiadomienie Kupującego o niej, powinien być on nie krótszy niż 5 dni roboczych;

Wyjaśnienie:

Wiążąca jest treść wzoru umowy nr 2 – integralnej części SIWZ.

Pytanie dot. wzoru umowy nr 2 (załącznik nr 5):

Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 3 ust. 2 projektu umowy w następującym brzmieniu:

str. 7

„Wymienione ceny **netto** nie mogą ulec podwyższeniu przez okres obowiązywania umowy. Obniżenie cen **netto** może nastąpić w każdym przypadku.”

Uzasadnienie:

Proszę o sprecyzowanie, że Sprzedający może więc zagwarantować stałość cen netto. Zgodnie z art. 32 ustawy PZP, to wartość netto określa wysokość zobowiązania. Ponadto strony umowy nie mają żadnego wpływu na wysokość stawki podatku od towarów i usług, którego Sprzedający jest jedynie płatnikiem.

Wyjaśnienie:

Wiążąca jest treść wzoru umowy nr 2 – integralnej części SIWZ.

Pytanie dot. wzoru umowy nr 2 (załącznik nr 5):

Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 6 ust. 1 i 2 projektu umowy w następującym brzmieniu: „1. Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego karę umowną:

1) w przypadku niedotrzymania terminu wykonania dostawy przedmiotu umowy albo poszczególnych jego części w wysokości 0,2% wartości **netto** opóźnionej dostawy za każdy roboczy dzień zwłoki, **ale nie więcej niż 5% wartości netto dostawy**;

2) w przypadku oczekiwania przez Kupującego na wymianę towaru wadliwego na zgodny z zamówieniem i wolny od wad ponad termin określony umową – w wysokości 0,2% wartości **netto** zareklamowanych towarów za każdy dzień roboczy zwłoki, **ale nie więcej niż 5% wartości netto tych towarów**.

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Sprzedającego lub Kupującego z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego zapłaci on Kupującemu karę umowną w wysokości 5% wartości **netto** niezrealizowanej części umowy.”

Uzasadnienie:

- W opinii Sprzedającego, kara umowna powinna być naliczana od wartości netto zobowiązania, ponieważ z ekonomicznego punktu widzenia to wartość netto, a nie brutto, stanowi dla Sprzedającego rzeczywisty ekwiwalent jego świadczenia; to kwota netto a nie brutto stanowi wartość zamówienia (art. 32 PZP);

- Brak górnego limitu naliczania kar umownych powoduje, że mogą one urosnąć do rozmiarów nieproporcjonalnie przewyższających wartość poniesionej przez Kupującego szkody. W takim zaś wypadku kara umowna nie będzie już pełniła funkcji odszkodowania, ale służyć będzie wzbogaceniu się Kupującego kosztem Sprzedającego. Celem uniknięcia powyższego zasadne jest wprowadzenie górnego limitu naliczania kar umownych na poziomie 5%. W razie uzasadnionej potrzeby, Kupujący i tak może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych;

Wyjaśnienie:

Wiążąca jest treść wzoru umowy nr 2 – integralnej części SIWZ.

Pytanie dot. wzoru umowy nr 2 (załącznik nr 5):

Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 7 ust. 1 zdanie pierwsze projektu umowy w następującym brzmieniu: „Trzykrotne niewypełnianie warunków umowy przez Sprzedającego **z jego wyłącznej winy, to znaczy realizowane ze zwłoką** lub niezgodne z zamówieniem pod względem jakości, asortymentu bądź ilości realizowanie dostaw, a także inne istotne, powtarzające się uchybienia w trakcie realizacji umowy, dają podstawę Kupującemu do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.”

Uzasadnienie:

Zasadą jest, że umowa zawarta na skutek zamówienia publicznego powinna zostać zrealizowana w umówionym okresie, jej wcześniejsze rozwiązanie powinno być dopuszczalne w przypadku konkretnych, istotnych, powtarzających się uchybień powstałych z winy Sprzedającego, a nie wymienionych jedynie przykładowo. Ponadto

str. 8

Sprzedający może odpowiadać jedynie za zwłokę w dostawie, a więc opóźnienie powstałe z jego wyłącznej winy, a nie każdą nieterminową dostawę, która może wynikać np. z działania osób trzecich lub siły wyższej;

Wyjaśnienie:

Wiążąca jest treść wzoru umowy nr 2 – integralnej części SIWZ.

Pytanie dot. wzoru umowy nr 2 (załącznik nr 5):

Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 7 ust. 5 zdanie pierwsze projektu umowy w następującym brzmieniu: „Sprzedający zobligowany jest do dokonania wymiany wadliwego wyrobu na zgodny z zamówieniem i wolny od wad lub też pisemnej odmowy uznania reklamacji w terminie 5 dni roboczych od daty **dostarczenia mu reklamowanych wyrobów.**”

Uzasadnienie:

Sprzedający nie może odnieść się do reklamacji jakościowej bez naocznego zbadania reklamowanych towarów, zasadnym jest więc, aby termin na jej rozpatrzenie biegł od daty dostarczenia mu reklamowanych towarów. Sprzedający uważa, że dostarczenie mu reklamowanych wyrobów powinno być obowiązkiem Kupującego;

Wyjaśnienie:

Wiążąca jest treść wzoru umowy nr 2 – integralnej części SIWZ.

Pytanie dot. wzoru umowy nr 2 (załącznik nr 5):

Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 9 ust. 3 pkt 3) projektu umowy w następującym brzmieniu: „w przypadku zmiany stawki podatku VAT – **w takiej sytuacji nowa stawka będzie stosowana automatycznie od dnia wejścia w życie stosownych przepisów powszechnie obowiązujących bez konieczności zawierania aneksu do umowy.**”

Uzasadnienie:

Jak już wskazano, ekonomiczne znaczenie dla Sprzedającego ma wartość netto, podatek od towarów i usług jest jedynie daniną publiczną. Nowa stawka powinna być stosowana automatycznie od dnia wejścia w życie odpowiednich przepisów, zarówno jeśli będzie niższa od poprzedniej, lub też wyższa. Obecne rozwiązanie stawia Kupującego w uprzywilejowanej pozycji, co kłóci się z zasadą równości stron;

Wyjaśnienie:

Wiążąca jest treść wzoru umowy nr 2 – integralnej części SIWZ.

Pytanie dot. wzoru umowy nr 2 (załącznik nr 5):

Zwracam się z prośbą o wykreślenie § 10.

Uzasadnienie:

Umowa o zamówienie publiczne powinna gwarantować stabilność stosunku zobowiązaniowego. Sprzedający nie ma żadnego wpływu na kondycję finansową Kupującego, poza tym „brak środków finansowych” jest pojęciem nieostrym i uznaniowym, Kupujący będzie mógł się powołać na tę okoliczność w dowolnej chwili, a Sprzedający nie będzie miał możliwości jej weryfikacji. Skoro Kupujący decyduje się zawrzeć niniejszą umowę, to znaczy, że zamówi określoną ilość wyrobów i dokona za nie zapłaty;

Wyjaśnienie:

Wiążąca jest treść wzoru umowy nr 2 – integralnej części SIWZ.

Pytanie dot. wzoru umowy nr 2 (załącznik nr 5):

Uprzejmie prosimy o skrócenie terminu płatności do 30 dni.

Wyjaśnienie:

Wiążąca jest treść wzoru umowy nr 2 – integralnej części SIWZ.

Pytanie dot. zadania 21:

Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą okulistyczną wykonaną z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², wyposażoną we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie dot. zadania 20:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego by wyraził zgodę na zaoferowanie zestawu jednorazowego do iniekcji doszkliskowych bez szkła powiększającego w składzie. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Wyjaśnienie:

Zgoda.

Pytanie dot. wzoru umowy:

Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu umowy na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie ?

Wyjaśnienie:

Na mocy art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wprowadza zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w części „wzór umowy nr 1” i „wzór umowy nr 2”. **Zmianie ulegają:**

- treść § 1 ust. 4 wzoru umowy nr 1, która otrzymuje brzmienie: „4.Stopień realizacji umowy w ramach poszczególnych asortymentów uzależniony jest od potrzeb wynikających z działalności Kupującego. Kupujący zastrzega sobie prawo do realizacji poszczególnych asortymentów w mniejszym lub większym zakresie niż to wynika z ilości określonych w umowie lub załączniku do niniejszej umowy. Sprzedającemu nie przysługuje żadne roszczenie z tytułu zamówienia mniejszej ilości asortymentu niż określona niniejszą umową. Strony zgodnie oświadczają, że ewentualne zmniejszenie stopnia realizacji umowy nie przekroczy 20% ceny brutto określonej w § 6 ust. 1 umowy”;

- treść § 1 ust. 3 wzoru umowy nr 2, która otrzymuje brzmienie: „3.Stopień realizacji umowy w ramach poszczególnych asortymentów uzależniony jest od potrzeb wynikających z działalności Kupującego. Kupujący zastrzega sobie prawo do realizacji poszczególnych asortymentów w mniejszym lub większym zakresie niż to wynika z ilości określonych w umowie lub załączniku do niniejszej umowy. Sprzedającemu nie przysługuje żadne roszczenie z tytułu zamówienia mniejszej ilości asortymentu niż określona niniejszą umową. Strony zgodnie oświadczają, że ewentualne zmniejszenie stopnia realizacji umowy nie przekroczy 20% ceny brutto określonej w § 3 ust. 1 umowy”.

Pytanie dot. wzoru umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie wymaganego terminu płatności do 30 dni ?

Wyjaśnienie:

Wiążąca jest treść wzoru umowy nr 1 i nr 2 – integralnych części SIWZ.

Pytanie dot. wzoru umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności liczony był od daty sprzedaży, oraz żeby za termin zapłaty uznawana była data wpływu zapłaty na rachunek wykonawcy ?

Wyjaśnienie:

Wiążąca jest treść wzoru umowy nr 1 i nr 2 – integralnych części SIWZ.

Pytanie:

Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kar umownych opisanych w § 6 ust. 1 pkt. 1 Wzoru umowy nr 2 do 0,1% wartości brutto wyrobów będących przedmiotem „banku” za każdy roboczy dzień zwłoki.

Wyjaśnienie:

Wiążąca jest treść wzoru umowy nr 2 – integralnej części SIWZ.

Pytanie:

Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kar umownych opisanych w § 6 ust. 1 pkt. 2 Wzoru umowy nr 2 do 0,1% wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy roboczy dzień zwłoki.

Wyjaśnienie:

Wiążąca jest treść wzoru umowy nr 2 – integralnej części SIWZ.

Pytanie dot. wzoru umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do Wzoru umowy nr 2 (§ 9 ust. 3 pkt. 3) modyfikacji, zgodnie z którą w przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie cena brutto uwzględniająca nową stawkę - cena netto pozostanie niezmienną ?

Wyjaśnienie:

Wiążąca jest treść wzoru umowy nr 2 – integralnej części SIWZ.

Pytanie dot. wzoru umowy:

Czy Zamawiający wyrazi na cesję praw i obowiązków z wzoru umowy na bank kredytujący grupę kapitałową Wykonawcy ? Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o dokonaniu takiej cesji. Jednocześnie Wykonawca potwierdza, iż mimo cesji jest uprawniony do wykonywania praw i obowiązków z umowy przelanych na bank – do momentu odmiennego zarządzenia przez bank, które zostanie przesłane w formie pisemnej.

Wyjaśnienie:

Wiążąca jest treść wzoru umowy nr 1 i nr 2 – integralnych części SIWZ.

Pytanie dot. zadania 6:

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 6 dotorebkowy pierścień napinający fabrycznie załadowany do jednorazowego iniektora, występujący w jednym rozmiarze wynoszącym w stanie sprężonym 11 mm i w stanie rozprężonym 12,45 mm ?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie dot. zadania 12:

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 12 soczewkę wieloogniskową jednoczęściową, zwijalną, sferyczną, aktywnie dyfrakcyjną, bez apodyzowanej optyki, materiał – akryl hydrofilny o stopniu uwodnienia 25% z powierzchnią hydrofobową, długość całkowita 11 mm, średnica optyczna 6 mm, angulacja 0°, zakres mocy od 0D do +32D co 0,5D, dodatek do blizy +3,75D, posiadającą filtr UV, bez filtra światła niebieskiego, stała A jednakowa dla wszystkich soczewek, implantacja przez cięcie 1,8 mm za pomocą jednorazowego zestawu do implantacji ?

Wyjaśnienie:

Nie.

Pytanie dot. zadania 13:

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 13 soczewkę wieloogniskową (trójogniskową) jednoczęściową, zwijalną, sferyczną, aktywnie dyfrakcyjną na całej średnicy optycznej, addycja do odległości pośrednich +1,5D, addycja do blizy +3,0D, materiał – akryl hydrofilny o stopniu uwodnienia 25% z powierzchnia hydrofobową, długość całkowita 11 mm, średnica optyczna 6 mm, angulacja 0°, zakres mocy od 0D do +32D co 0,5D, posiadającą filtr UV oraz filtr światła fioletowego, stała A jednakowa dla wszystkich soczewek, implantacja przez cięcie 1,8 mm za pomocą jednorazowego zestawu do implantacji ?

Wyjaśnienie:

Nie.

Pytanie dot. zadania 24:

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 24 preparat wiskoelastyczny o pH 6,8 – 7,6 ?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie dot. zadania 20:

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 20 zestaw jednorazowy do iniekcji doszkliskowych w składzie:

- Obłożenie na stół – 75 x 90 cm – 1 szt.
- Obłożenie na pacjenta – 50 x 60 cm, z otworem na oko – 10 x 10 cm i przyklepkiem naciętym – 1 szt.
- Rozwórka metalowa Baraquer jednorazowa – 1 szt.
- Metalowy znacznik pomiaru odległości iniekcji od rąbka 3,5 – 4 mm – 1 szt.
- Pałeczki absorpcyjne („papierosy”) – 2 szt.

Wyjaśnienie:

Nie.

Pytanie dot. zadania 24:

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 24 preparat wiskoelastyczny: sól sodową hialuronianu 1,4%, lepkość 40 000 – 70 000 mPas, masa cząsteczkowa 1,1 – 2,6 mDa, pH 6,0 – 8,0, pozostałe wymagania bez zmian ?

Wyjaśnienie:

Nie.

Pytanie dot. zadania 24:

Czy Zamawiający dopuszcza preparat wiskoelastyczny o obj. ampułkostrzykawki 1,1 ml, o masie cząsteczkowej ok. 3 MDa. Reszta zgodna z SIWZ. Pozwoli to zamawiającemu na optymalizację kosztów.

Wyjaśnienie:

Nie.

Pytanie dot. zadania 2:

Czy Zamawiający dopuszcza nóż jednorazowy, o kalibracji 2,4 mm, jedna faza. Reszta zgodna z SIWZ. Nóż spełnia parametry jakościowe, pozwoli to na złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert.

Wyjaśnienie:

Nie.

Pytanie dot. zadania 2:

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny w zadaniu 2 nóż jednorazowy, o kalibracji 2,4 mm, zakrzywiony, matowy, typu Slit clear cornea, z obustronnie ostrzoną krawędzią tnącą, ostrzony metodą polerowania elektrochemicznego ?

Wyjaśnienie:

Nie.

Pytanie dot. zadania 10:

Czy Zamawiający dopuści jako równoważne w zadaniu 10 soczewki zwijalne o następującej charakterystyce: jednoczęściowe, 2 haptyki typu C o szerokim kącie styżności z torebką, soczewki (63,70 stopnia dla każdej części haptycznej dla torebki o średnicy 10 mm), materiał: akryl hydrofilny (kopolimer HEMA/EOEMA) o uwodnieniu 25%, kompatybilne z laserem Nd:YAG, część haptyczna = 13.0 mm, część optyczna = 6.0 mm, zakres mocy optycznej = 0.0D do +35.0D (w tym od +10.0D do +30.0D dostępne co 0.5D), aplikowanie soczewki injectorem, odpowiednia ilość kartridżów do zwijania soczewek oraz injectorów jednorazowych – 2 500 sztuk, stała A jednakowa dla wszystkich soczewek, implantacja przez cięcie = 1.8-2.2 mm, prostokątna krawędź na całym obwodzie (ochrona przed PCO), asferyczna optyka, filtr UV i żółty filtr światła fioletowego ?

Wyjaśnienie:

Nie.

Pytanie dot. zadania 10:

Czy Zamawiający dopuści jako równoważne w zadaniu 10 soczewki zwijalne o następującej charakterystyce: jednoczęściowe, 2 haptyki typu C (każdy z wewnętrzną podłużną szczeliną), materiał: akryl hydrofilny o uwodnieniu 25%, kompatybilne z laserem Nd:YAG, część haptyczna = 13.0 mm, część optyczna = 6.0 mm, zakres mocy optycznej = 0.0D do +30.0D (w tym od +10.0D do +30.0D dostępne co 0.5D), aplikowanie soczewki injectorem, odpowiednia ilość kartridżów do zwijania soczewek oraz injectorów jednorazowych – 2 500 sztuk (iniektor i kartridż pakowany w jednym pudełku z soczewką), stała A jednakowa dla wszystkich soczewek, implantacja przez cięcie = 2,2 mm (do +25.00D), = 2,8 mm (powyżej + 25.00D), prostokątna krawędź na całym obwodzie (ochrona przed PCO), asferyczna optyka, filtr UV ?

Wyjaśnienie:

Nie.

Pytanie dot. zadania 25:

Czy Zamawiający w zadaniu nr 25 dopuści jako równoważny preparat wiskoelastyczny kombinowany: kohezyjny + dyspersyjny zawierający:

Część kohezyjna: ampułkostrzykawka soli sodowej hialuronatu o stężeniu 1,5% (o objętości 1 ml); część dyspersyjna: ampułkostrzykawka zawierająca mieszaninę 2% soli sodowej hialuronatu i 2% siarczanu chondroityny (o objętości 1 ml).

Każda ampułkostrzykawka zapakowana w oddzielne jałowe opakowanie jednostkowe. Minimalne opakowanie handlowe zawiera 10 zestawów wiskoelastyków (to jest dziesięć jałowych opakowań jednostkowych mieszaniny soli sodowej hialuronianu i 10 jałowych opakowań jednostkowych mieszaniny soli sodowej hialuronianu i siarczanu chondroityny)?

Wyjaśnienie:

Nie.

Pytanie dot. zadania 25:

Czy Zamawiający w zadaniu nr 25 dopuści jako równoważny preparat wiskoelastyczny dyspersyjny zawierający:

Ampułkostrzykawka zawierająca 1 ml mieszaniny 2% soli sodowej hialuronianu i 2% siarczanu chondroityny, temperatura przechowywania od +2 do +25 st. C, kołnierz strzykawki z żółtą nakładką ułatwiającą identyfikację wiskoelastyku ?

Wyjaśnienie:

Nie.

Pytanie dot. zadania 26:

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 26 barwnik błękit trypanu o stężeniu 0,6 mg/ml, w fiolkach zawierających 1 ml barwnika. Minimalne opakowanie handlowe zawiera 5 sterylnych opakowań jednostkowych (fiolek z barwnikiem) ?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie dot. zadania 5:

Czy w zadaniu nr 5 Zamawiający dopuści produkt w 100% równoważny tj.: Pierścień do mechanicznego rozszerzania źrenicy w trakcie operacji okulistycznych wszczepiany injektorem jednorazowym. Wykonany z polipropylenu, w kształcie kwadratu, w rogach zamiast pętli kieszonki na tęczówkę – górna i dolna, w każdym rogu po dwa otwory do mocowania pierścienia. W komplecie injector jednorazowego użytku do wszczepiania i usuwania ringu z jednego portu operacyjnego.

Wyjaśnienie:

Nie.

Pytanie dot. zadania 24:

Czy w zadaniu nr 24 Zamawiający dopuści hialuronian sodu o lepkości 200.000 mPas, masie cząsteczkowej 3 ml Da i os molarności 300-350 Osm/kg i objętości 1,1 ml ?

Wyjaśnienie:

Nie.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
lek. med. Andrzej Mielcarek