



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 15 maja 2018r.

AG.ZP 3320.35.05076.18

Dotyczy: wyjaśnienie treści SIWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. przetargu nieograniczonego na dostawę aparatu do fakoemulsyfikacji i witrektomii tylnej z wyposażeniem. **Poniżej podajemy treść wniosków i wyjaśnienie:**

1.(pkt. 1, poz. 1) Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu wraz z głowicami. Punktowanie parametru z głowicą konkretnej firmy jest naruszenie zasady równego traktowania Wykonawców. Zamawiający chcąc zakupić głowicę kompatybilną z aparatem Stellaris produkcji Bausch&Lomb powinien ogłosić odrębne postępowanie. W związku z powyższym wnosimy o zmianę tego parametru na: „głowica ultradźwiękowa kompatybilna z oferowanym aparatem”.

Wyjaśnienie: Zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.

2.(pkt. V, ksenonowe źródło światła) Czy Zamawiający dopuści źródło światła LED? Światło to posiada zmienną barwę, od żółtego do niebieskiego, umożliwia operatorowi na lepszą wizualizację poszczególnych struktur siatkówki. System LED jest najnowocześniejszym i najbezpieczniejszym źródłem oświetlenia i nie odbiega parametrami od światła ksenonowego.

Wyjaśnienie: Tak.

3. Część VIII – Wyposażenie: Czy zamawiający pod pojęciem typy 1.8mm – 2.2mm ma na myśli typy do fakoemulsyfikacji?

Wyjaśnienie: Tak.

4. Część VIII – Wyposażenie: Czy zamawiający dopuści również tip do cięcia w zakresie 1.8mm – 2.0mm oraz 2.2mm – 2.4mm do wyboru zamawiającego?

Wyjaśnienie: Tak.

Z-ca Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
ds. Lecznictwa
lek. med. Marek Lipiec



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/UA/Po
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000 : 2005



KOMITET
UOWSZECHNIANIA
KARMIENIA
PIERSIĄ

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524