



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 6 lutego 2018 r.

AG.ZP.3320.8. .18

Dotyczy: Wyjaśnienia, zmiana treści SIWZ

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę protez naczyniowych. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienie:

Pytanie dot. zadania 3 poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści protezy o długości 40 cm (pozostałe parametry zgodnie z wymogami Zamawiającego)?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 4:

Czy Zamawiający dopuści protezy o długości 70 cm (pozostałe parametry zgodnie z wymogami Zamawiającego)?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 1:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycjach 1-13 w miejsce pierwotnych parametrów protez uszczelnionych żelatyną wchłanianą na drodze hydrolizy, dwustronnie welurowanych, z niskim welurem wewnętrznym i wysokim zewnętrznym o grubości ściany 0,55 mm, niesrebrzonych, ale z możliwością łączenia jonowego powleczenia protezy z antybiotykiem.

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 2:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycjach 1-6 w miejsce pierwotnych parametrów protez uszczelnionych żelatyną wchłanianą na drodze hydrolizy, dwustronnie welurowanych, z niskim welurem wewnętrznym i wysokim zewnętrznym o grubości ściany 0,55 mm, niesrebrzonych, ale z możliwością łączenia jonowego powleczenia protezy z antybiotykiem.

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 5:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycjach 1, 2 łąt naczyniowych uszczelnianych żelatyną wchłanianą na drodze hydrolizy, bez impregnacji solami srebra, ale z możliwością jonowego łączenia powleczenia łąty z antybiotykiem, z dodatkowym powleczeniem każdego włókna monomerem PTFE, o wymiarach 15x75 mm i 25x120 mm.

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. Zadania 3:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu protezę o długości 50 cm (zamiast 30 cm) i średnicy 6 mm – pozostałe parametry bez zmian.



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/NA/Po
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001 : 2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000 : 2005



KOMITET
UPOWSZECZNIANIA
KARMIEŃIA
PIERSIĄ



tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 3:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu protezę o długości 50 cm (zamiast 30 cm) i średnicy 8 mm – pozostałe parametry bez zmian.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 1:

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty w zadaniu nr 1 - Protezy proste, srebrzone następujących protez:

Poz. 1. Proteza prosta, dziana, uszczelniana, srebrzona, długości 40 cm, średnica 6 mm

Poz. 3. Proteza prosta, dziana, uszczelniana, srebrzona, długości 60 cm średnica 6 mm

Poz. 6. Proteza prosta, dziana, uszczelniana, srebrzona, długości 60 cm średnica 8 mm

Pozostałe pozycje spełniają wymogi siwz.

Wyjaśnienie: Ad. poz. 1 – nie. Ad. poz. 3 i 6 – tak.

Pytanie dot. zadania 3:

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty w zadaniu nr 3 – Protezy z PTFE następujących protez:

Poz. 1. Proteza prosta, niezbrojona z PTFE, dł. 30 cm, średnica 5 mm lub proteza prosta, niezbrojona z PTFE dł. 40 cm średnia 6mm

Poz. 3. Proteza prosta, niezbrojona z PTFE, dł. 40 cm, średnica 8 mm

Poz. 2 i 4 spełnia wymogi siwz.

Wyjaśnienie: Ad. poz. 1 – Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na protezę prostą niezbrojoną z PTFE dł. 40 cm średnica 6mm. Ad. poz. 3 – tak.

Pytanie dot. wzoru umowy:

Czy w celu miarkowania kar umownych Kupujący dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie § 7 ust. 1:

1. Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego karę umowną w przypadku niedotrzymania terminu wykonania dostawy przedmiotu umowy albo poszczególnych jego części, określonego w §2 ust. 1, w wysokości 0,2% wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy roboczy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej części dostawy.

Wyjaśnienie: wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert. Obowiązujące terminy to:

- termin składania ofert – **09 lutego 2018 r. godz. 12:00,**
- termin otwarcia ofert – **09 lutego 2018 r godz. 12:30.**

Wprowadza się również zmianę w treści SIWZ str. 7 dotyczącą oznakowania koperty zawierającej ofertę. Koperta powinna być oznakowana następująco: „Przetarg nieograniczony – dostawa protez naczyniowych. Zadanie nr” Nie otwierać przed 09 lutego 2018 r godz. 12:30”.

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana
Pawła II w Zamościu
lek. med. Marek Lipiec