

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ^(A)

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 17.01.2019 r.

AG.Z.2150.44.1.2019

Dotyczy: odpowiedzi na pytania.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu informuje, że do zaproszenia do złożenia oferty na dostawę **elektrod EKG** wpłynęły pytania .

Poniżej podajemy treść pytania i odpowiedź :

Pytanie nr 1 - dotyczy poz.2 :

Czy Zamawiający dopuści elektrodę z żelom ciekłym. Reszta parametrów jak w SIWZ.

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający pozwoli na podanie ceny jednostkowej netto elektrod EKG za opakowanie jednostkowe równe 50szt?

Przy czym ilość zaoferowanych opakowań zostanie odpowiednio przeliczona.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 3 - dotyczy zadania nr 1 poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści w ww pozycjach możliwości podania ceny za op. – 50 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 4 – dotyczy zadania nr 1 poz. 1-3

Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na wycenę op. – 50 szt. prosimy wówczas o dopuszczenie możliwości podania ceny jednostkowej netto i brutto za sztukę z zaokrągleniem do 4 miejsc po przecinku.

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 5 – dotyczy zadanie nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w ww. pozycji elektrody prostokątne, pozostałe parametry oferowanych elektrod będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ.



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/NA/Po
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001 : 2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000 : 2005



KOMITET
WSPRZECIENIA
KARCINIOMU
PIERSI



tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. | Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

Pytanie nr 6 – dotyczy zadania nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w ww. pozycji elektrody kwadratowe z języczkiem ułatwiającym ich aplikację oraz zdejmowanie ze skóry pacjenta, pozostałe parametry oferowanych elektrod będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 7 - dotyczy zadania nr 1 poz. 1-3 - PRÓBKII

Czy Zamawiający zmniejszy ilości wymaganych próbek do 100 szt. z każdej pozycji.

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 8 – dotyczy zadania nr 1 poz. 2

Prosimy o wyjaśnienie czy w ww. pozycji otwór elektrody ma mieć kształt podłużnego wycięcia bez przecięcia boków elektrody?

Odpowiedź:

Zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie nr 9 – dotyczy zadania nr 1 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści w ww. pozycji elektrody kwadratowe z języczkiem ułatwiającym ich aplikację oraz zdejmowanie ze skóry pacjenta, pozostałe parametry oferowanych elektrod będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10 – dotyczy projektu umowy – par. 3 ust. 3

Zwracamy do Zamawiającego z prośbą o modyfikację par. 3 ust. 3 projektu umowy, i dopuszczenie zmiany ceny brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT. Umowa w niniejszym postępowaniu ma zostać zawarta na długi okres tj. 24 m-ce i ewentualne podniesienie w tym okresie stawki podatku VAT, przy utrzymywaniu cen brutto na niezmiennym poziomie, spowoduje, że przez część trwania umowy, wykonawca będzie sprzedawał towar ze stratą. Wykonawca nie może sobie pozwolić na złożenie oferty z góry zakładając, że będzie ponosić stratę, w związku z czym od razu będzie musiał wliczyć ewentualną podwyżkę podatku w przygotowanej ofercie. Takie rozwiązanie jest z kolei niekorzystne dla Zamawiającego, ponieważ spowoduje przekroczenie wartości przeznaczonych na realizację, jak również uzyskanie wyższych cen od początku trwania umowy przetargowej.

Dodatkowo powszechnie przyjęta na gruncie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej mówi o konstrukcyjnej zasadzie neutralności VAT dla podatnika - podatek ten powinien obciążyć nabywcę (odbiorcę) towarów, nie zaś Wykonawcę (dostawcę) - celem uniknięcia konieczności wprowadzenia zmian do treści umowy w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT. Obciążanie Wykonawcy negatywnymi skutkami zmiany stawki podatku VAT stanowi nieuprawnione obniżenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, naruszając zasadę równowagi ekonomicznej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 11 – dotyczy projektu umowy – par. 6 ust. 1 pkt. 2

Prosimy o odniesienie kary umownej w wysokości 5% do wartości brutto części umowy pozostałej do realizacji.

Odpowiedź:

Tak.

Jednocześnie informuje, iż termin składania i otwarcia ofert wyznaczony jest na 24.01.2019 r. Godziny składania oraz otwarcia postępowania nie ulegają zmianie.

Z-ca DYREKTORA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
ds. Lecznictwa
lek. med. Marek Lipiec