



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 19 kwietnia 2018 r.

AG.ZP.3320.29. .18

Dotyczy: Wyjaśnienia treści SIWZ

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu zabiegowego i diagnostycznego wykorzystywanego przy zabiegach na Sali Hybrydowej. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienie:

Pytanie dot. zadania 4:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w zadaniu 4 (rozdział III siwz) coile do embolizacji naczyń popychanych przewodnikiem lub solą fizjologiczną bez możliwości złożenia i repozycjonowania po częściowym uwolnieniu. Pozostałe parametry zgodnie z wymogami siwz.

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 4:

Czy zamawiający dopuści coile o długościach od 4-20cm?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 5:

Czy Zamawiający dopuści stent żylny o długościach 40-150 cm?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 8:

Czy w Zadaniu nr 8 – przewodniki hydrofilne, Zamawiający dopuści złożenie oferty z przewodnikami z nitinolu pokrytymi warstwą hydrofilną o średnicach średnicach od 0,018” - 0,038”, długości 150, 180 i 260 cm, o długości ściętej końcówki 3 cm, kształcie atraumatycznej końcówki: prosta i zagięta 45 stopni, rdzeń nitinolowy zatopiony w poliuretanie, wykonany z jednego kawałka, z kontrolą traktacji 1:1, odporny na odkształcenia i na załamanie struktury podłużnej, trwała powłoka hydrofilna, atraumatyczna, miękka końcówka, z pamięcią kształtu dostępne w wersji sztywności shaftu sztywny (STIFF) i standard, dostępne w opcji z kształtowalną końcówką?

Wyjaśnienie: Nie.

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
lek. med. Marek Lipiec



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/NA/Po
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001 : 2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000 : 2005



KOMITET
UPOWYDZCZENNIA
KARMENIA
PIERSIA



tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524