

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ^(A)

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 24.10.2017 r.

AG.Z.2150.31.49.2017

Dotyczy: odpowiedzi na pytania.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu informuje, że do zaproszenia do złożenia oferty na dostawę sprzętu medycznego j.u dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii wpłynęły pytania .

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi :

Pytanie nr 1 -Zadanie nr 1 Zestaw wprowadzający 5,6,7 Fr

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tym zadaniu zestawów o długości 10 cm, spełniających pozostałe wymagania ?

Odpowiedź:

Obowiązuje opis zawarty w Zaproszeniu do złożenia ofert na dostawę sprzętu medycznego j.u .

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 4 dopuści złożenie oferty z przewodnikami naczyniowymi hydrofilnymi jednorazowego użytku, w całości wykonanymi z nitinolu z bardzo wydajnym pokryciem hydrofilnym, rdzeń nitinolowy zatopiony w poliuretanie, jednoczęściowy, trwała powłoka hydrofilna na całej długości, o długości 150;180; i 260 cm i średnicach 0,025"; 0,032"; 0,035" i 0,038" dostępna końcówka prosta i zakrzywiona 45° o długości 3 cm i standardowej sztywności, również dostępna w opcji z kształtowaną końcówką ?

Odpowiedź:

Obowiązuje opis zawarty w Zaproszeniu do złożenia ofert na dostawę sprzętu medycznego j.u .

Pytanie nr 3 - dotyczy Zadania nr 1:

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie zestawu wprowadzającego od AMERYKAŃSKIEGO PRODUCENTA **o długości 10cm (wymóg 11cm)** – pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Oferowany produkt jest znany i z powodzeniem stosowany w wielu klinikach na terenie całego kraju, a NIEWIELKA RÓŻNICA 1cm – w rozmiarze w żaden sposób nie wpłynie na jakość produktu. **Zdjęcie poniżej.**



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/NA/Po
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001 : 2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000 : 2005



KOMITET
WPOWIERZANIEM
KARNIENIA
PIERWSIA



tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl


e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. | Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524



Odpowiedź:

Obowiązuje opis zawarty w Zaproszeniu do złożenia ofert na dostawę sprzętu medycznego j.u .

Pytanie nr 4 dotyczy Zadania nr 4:

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie przewodników hydrofilnych, spełniających wszystkie wymagania SIWZ, bez krzywizny boila.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza przewodniki hydrofilne, bez krzywizny boila, pozostałe parametry zgodnie z zapisem w Zaproszeniu do złożenia oferty na dostawę sprzętu medycznego j.u.

Pytanie nr 5 dotyczy Zadania nr 6:

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie elektrod endokawitarnych o długości 120cm w trzech najpopularniejszych rozmiarach 4,5,6,Fr. Wszystkie pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza elektrody endokawitarne o dł. 120 cm, w trzech najpopularniejszych rozmiarach 4,5,6 Fr, pozostałe parametry zgodnie z zapisem w Zaproszeniu do złożenia oferty na dostawę sprzętu medycznego j.u.

Pytanie nr 6 dotyczy Zadania nr 7:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie stabilizatorów koniuszkowych, nisko-profilowych, dla których ramię wykonane jest z tytanowych pierścieni i jest dostarczone w sposób nieodpłatny do siedziby Zamawiającego w ilości zabezpieczającej bieżące potrzeby Zamawiającego, zatem bez potrzeby zakupu dodatkowych akcesoriów. Potwierdzamy jednocześnie, że kluczowe parametry techniczne są przez nas spełnione. Poniżej przedstawiamy oferowane parametry techniczne i prosimy o ich akceptację:

| |
|--|
| Stabilizator koniuszkowy przeznaczony do podtrzymania koniuszka serca w operacjach kardiochirurgicznych oraz bez użycia krążenia pozaustrojowego |
| Część ssąca stabilizatora o kształcie piramidy, wykonana z materiału atraumatycznego |
| Stabilizator przystosowany do pracy z oferowanym rozwieraczem klatki piersiowej |
| System do stabilizacji wyposażony w zestaw drenów łączący stabilizator z pompą ssącą – dren podstawowy oraz dodatkowa przedłużka |
| Ruch ramienia płynny, możliwa rotacja ramienia po zamontowaniu systemu na rozworze klatki piersiowej; |
| Stabilizator jednorazowego użytku z tytanowym ramieniem dostarczonym na czas trwania kontraktu – ilość według potrzeb oddziału |
| Ramię przegubowe dostosowane do stabilizatorów koniuszkowych o uniwersalnej konfiguracji, tzn., dające możliwość podłączenia haków mitralnych i aortalnych wielorazowego użytku wykorzystywanych do standardowych zabiegów zastawkowych; |
| Pojedyncze, sterylne opakowanie typu papier – folia + opakowanie zewnętrzne, zabezpieczające; |

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w/w stabilizator koniuszkowy wraz z tytanowym ramieniem wielokrotnego użytku (ilość do uzgodnienia ale nie mniej niż 2szt.) oraz wymiana w przypadku awarii wynikającej z eksploatacji.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

(-) *lek. med. Andrzej Mielcarek*