



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10, ☎ 84 6773333, ✉ szpital@szpital.zam.pl  
www.szpital.zam.pl, NIP 922 229 24 91, REGON 006050134, KRS 0000021024

Zamość, dnia 20.06.2023 r.

AT.Z.2150.10.6.2023

Dotyczy: odpowiedzi na pytania

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu informuje, że do Zaproszenia do złożenia ofert na dostawę pozycjonerów wpłynęły zapytania.

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi:

### **Pytanie nr 1:**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania pozycjonery medyczne wykonane z polimeru żelowego (wiskoelastomer), wodoodporne, nadające się do dezynfekcji?

### **Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

### **Pytanie nr 2:** Dot. poz.1 OPZ – Pozycjoner klatki piersiowej

Czy Zamawiający dopuści pozycjoner z polimeru żelowego (wiskoelastomer) do dezynfekcji, pod klatkę piersiową o wymiarach: 63x46x13cm?

### **Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

### **Pytanie nr 3:** Dot. poz.8 OPZ – Pozycjoner głowy

Czy Zamawiający dopuści pozycjoner z polimeru żelowego (wiskoelastomer) do dezynfekcji, pod ochronę głowy o wymiarach: 25x23x6cm?

### **Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego  
im. Papieża Jana Pawła II  
w Zamościu

Adam Fimiarz