



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 15.12.2017r.

AG.Z.2150.44.11.2017

Dotyczy: odpowiedzi na pytania.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że do zaproszenia do złożenia oferty na dostawę pasów do unieruchamiania pacjenta wpłynęły pytania.

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi.

Pytanie 1:

„Prosimy o dopuszczenie pasów:

- umożliwiające szybkie i łatwe przymocowanie pacjenta do łóżka
- bez możliwości rozpięcia przez pacjenta
- z możliwością regulacji przez personel
- wykonane z materiału hypoalergicznego
- niepowodujące otarć skóry pacjenta
- wykonane z materiału wytrzymałego i odpornego na uszkodzenia
- wymiary pasów na nadgarstki: szerokość 8-10cm +/- 2cm długość 20-25 cm +/- 2cm
- wymiary pasów na kostki: szerokość 8-10cm +/- 2cm, długość 28-34cm +/- 2cm
- wymiary pasa brzuszego: szerokość 18-20cm +/- 2cm długość 95-135cm +/- 2cm i długość 125-165cm +/- 2cm” ?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Tak

Pytanie 2:

„Czy Zamawiający dopuści do zaferowania pasy z możliwością prania w temperaturze 90 st C oraz możliwością sterylizacji przy użyciu następujących procedur sterylizacyjnych: tlenek etylenu, nasycona para 120 st C, w krótkim cyklu (20min) promieniowanie gamma”?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zgodnie z opisem zawartym w zaproszeniu do złożenia oferty.

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
000021024

PEKAO S.A. | Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

Z-ca DYREKTORA
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
ds. Lecznictwa
lek med. Marek Lipiec