

# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu <sup>(A)</sup>

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 07.07.2017 r.

AG.Z.2150.10.11.2017

Dotyczy: odpowiedzi na pytania.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu informuje, że do zaproszenia do złożenia oferty na dostawę sprzętu do zabiegów endowaskularnych na Sali Hybrydowej wpłynęły pytania.

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi.

Pytanie 1. Dotyczy zadania nr 2.

Ze względu na ofertę konkurencyjną cenowo – prosimy o dopuszczenie przewodników spełniających wszystkie wymagania SIWZ, dostępnych w długościach 260 oraz 300 cm. Takie działanie w żaden sposób nie wpłynie na pracę zespołu operacyjnego, a w pozytywny sposób poprawi sytuację ekonomiczną Szpitala.

Odpowiedź na pytanie 1:

Tak, dopuszcza się.

Pytanie 2. Dotyczy zadania nr 1.

Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w zadaniu nr 1 załącznika nr 2 do zaproszenia cewników diagnostycznych angiograficznych o dostępnych średnicach 5F, dobrze widocznych w całości w obrazie rtg, z miękką atraumatyczną, ale nie cieniodajną końcówką. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odpowiedź na pytanie 1:

Tak, dopuszcza się.

Pytanie 3. Dotyczy zadania nr 6.

Czy zamawiający nie popełnił omyłki określając w opisie przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 6 przedział długości stentu od 40 tylko do 100mm? W przypadku zmiany zapotrzebowania prosimy o określenie nowych warunków granicznych w przedziale 40-200 mm.

Odpowiedź na pytanie 1:

Wiążące są zapisy zawarte w zaproszeniu do złożenia ofert.

Z-ca DYREKTORA  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
ds. Lecznictwa

(-) lek. med. Marek Lipiec



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po  
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po  
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/NA/Po  
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po  
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po  
ISO 27001 : 2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po  
ISO 22000 : 2005



KOMITET  
UPOWSZECZNIA  
KARMIENIA  
PIERWSIA



tel. Centrala  
84 6773333

tel. Sekretariat  
84 6773300

Fax  
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział  
w Zamościu  
61 1240 2816 1111  
0010 3901 3524