



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



AG. Z.2150.35.4a. 2018

Zamość 16.05.2018 r

Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/UA/Po
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000 : 2005

Dotyczy : odpowiedzi na pytania.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu informuje , że do zaproszenia do złożenia ofert na dostawę łóżek szpitalnych, szafek przyłóżkowych , oraz krzeseł kuchennych wpłynęły pytania.

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi :

Pytanie nr: 1 do zadania nr 1 :

Czy Zamawiający dopuści 8 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia ?

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr: 2 do zadania nr 1 :

Czy Zamawiający dopuści łóżko z centralną blokadą kół ?

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr: 3 do zadania nr 1 :

Czy Zamawiający dopuści łóżko z kołami bez właściwości antystatycznych ?

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr: 4 do zadania nr 1 :

Czy Zamawiający dopuści materac o szerokości 88 cm ?

Odpowiedź: NIE

Pytanie nr: 5 do zadania nr 1 :

Czy Zamawiający dopuści materac wykonany z pianki o gęstości T-28 ?

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr: 6 do zadania nr 1 :

Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem o szerokości 800 mm i szerokości całkowitej 925 mm (wraz z barierkami bocznymi) ?

Odpowiedź: TAK

Ad. 6 – Zamawiający modyfikuję opis łóżka w zakresie :

- wymiary leża od 800 mm do (900 mm +/- 50mm) przy zachowaniu wymiarów zewnętrznych : 2130 mm x 950 mm

Pytanie nr: 7 do zadania nr 1 :

Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem o szerokości 900 mm i szerokości całkowitej 102.5 mm (wraz z barierkami bocznymi) ?

Odpowiedź: NIE

Pytanie nr: 8 do zadania nr 1 :

Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem o szerokości 950 mm (bez barierek bocznych) oraz szerokości 102.50 cm (wraz z zamontowanymi barierkami) ?

Odpowiedź: NIE

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

AG.Z.2150.35.4a.2018

Pytanie nr: 9 do zadania nr 1 :

Czy Zamawiający dopuści łóżko o bezpiecznym obciążeniu 225 kg ?

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 10 do zadania nr 1 :

Czy Zamawiający dopuści łóżko z płynną regulacją oparcia pleców przy pomocy mechanizmu śrubowego – korba umieszczona pod szczytem od strony nóg pacjenta ?

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 11 do zadania nr 1 :

Czy Zamawiający dopuści łóżko z segmentami leża wypełnionymi stalowymi panelami z otworami wentylacyjnymi ?

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 12 do zadania nr 1 :

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w szczyty wykonane z metalowych rur pokrytych metodą proszkową, lakierem epoksydowym utwardzanym termicznie, wypełnione z płyty tworzywowej wodoodpornej, dwustronnie malowanej ?

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 13 do zadania nr 1 :

Czy Zamawiający dopuści łóżko o wymiarach zewnętrznych 2100 x 990 mm ?

Odpowiedź: NIE

Pytanie nr 14 do zadania nr 1 :

Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem o wysokości 470 mm ?

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 15 do zadania nr 1 :

Czy Zamawiający dopuści łóżko z kątem odchylenia pleców: 0 – 60° ?

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 16 do zadania nr 2 :

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o szerokości przy rozłożonym blacie 1040 mm ?

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 17 do zadania nr 2 :

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z regulacją blatu bocznego w zakresie 800 – 1200 mm ?

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 18 do zadania nr 2 :

Czy Zamawiający dopuści 8 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia ?

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 19 do zadania nr 2 :

Czy Zamawiający dopuści szafkę o konstrukcji wykonanej z profili aluminiowych, boki korpusu wykonane z blachy stalowej, malowanej proszkowo, odpornej na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, mycie szpitalne i promieniowanie UV ?

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 20 do zadania nr 2 :

Czy Zamawiający dopuści szafkę wyposażoną w 2 szuflady na prowadnicach rolkowych ?

Odpowiedź: NIE

Pytanie nr 21 do zadania nr 2 :

Czy Zamawiający dopuści szafkę z czołami szuflad malowanymi w kolorach dopasowanych do blatów ?

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 22 do zadania nr 2 :

Czy Zamawiający dopuści szafkę wymaga szafkę z bezstopniową regulacją wysokości blatu bocznego za pomocą sprężyny gazowej ?

Odpowiedź: Nie wymaga

Pytanie nr 23 do zadania nr 2 :

Czy Zamawiający dopuści szafkę z blatem bocznym o wymiarach 580 x 410 mm ?

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 24 do zadania nr 2 :

Czy Zamawiający dopuści szafkę z półką na kaptcie metalową malowaną proszkowo ?

Odpowiedź: TAK

Jednocześnie Zamawiający wydłuża termin składania ofert do **dnia 23.05.2018 r**

Z poważaniem:
Z-ca DYREKTORA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
ds. Lecznictwa
lek. med. Marek Lipiec