

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ^(A)

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 16.10.2017 r.

AG.Z.2150.49.3.2017

Dotyczy: odpowiedzi na pytania.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu informuje, że do zaproszenia do złożenia oferty na dostawę sprzętu endoskopowego dla potrzeb Zakładu Endoskopii wpłynęły pytania .

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi :

Pytanie nr 1 - dotyczy zadania nr 10

Czy w zadaniu nr 10 w w pozycji 3 nie nastąpiła omyłka pisarska i pojemność balonu przed napełnieniem nie powinna wynosić 4,0 cc.?

Odpowiedź:

Nastąpiła omyłka pisarska, pojemność balonu 4,0 cc.

Pytanie nr 2- dotyczy zadania nr 7

Czy Zamawiający dopuści balony do poszerzania zwężeń jelitowych , przelykowych, odźwiernika i żółciowych o długości roboczej 180 cm, i 230 cm, średnica cewnika 7 Fr. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ ?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 3- dotyczy warunków umowy § 2, ust. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia na swój koszt reklamacji jakościowych i ilościowych dotyczących dostawy przedmiotu umowy w terminie 7 dni licząc od daty zgłoszenia reklamacji”?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 4- dotyczy warunków umowy § 2, ust.8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Trzykrotna reklamacja przedmiotu umowy upoważnia Kupującego do rozwiązania umowy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy, w takim przypadku Sprzedający może jedynie żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy” ?

Pytanie nr 5- dotyczy warunków umowy § 2, ust.9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku, gdy Sprzedający nie będzie dostarczał wyrobu będącego przedmiotem umowy, Kupujący będzie miał prawo dokonać zakupu wyrobu/zamiennika u innego Wykonawcy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy. Jeżeli koszt zakupu będzie wyższy od kosztu zakupu w ramach niniejszej umowy, powstałą różnicą zostanie obciążony Sprzedający”?

AG.Z.2150.49.3.2017

strona 1 z 3



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/NA/Po
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001 : 2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000 : 2005



KOMITET
WSPRZECIENIA
KARMIENIA
PIERWSZA



tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

Odpowiedź na pytanie nr 4 i 5:

Zapisy zgodnie z projektem umowy Zaproszenia do złożenia ofert na dostawę sprzętu endoskopowego.

Pytanie nr 6- dotyczy warunków umowy § 3, ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wymienione w § 3, ust. 1 niniejszej umowy lub w załączniku do niniejszej umowy ceny nie mogą ulec podwyższeniu do czasu wykonania przedmiotu umowy za wyjątkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT wówczas cena netto nie ulegnie zmianie, nastąpi jedynie zmiana ceny brutto” ?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 7- dotyczy warunków umowy § 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego na fakturze” ?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 8- dotyczy warunków umowy § 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Sprzedający nie może powierzyć wykonania umowy innej osobie lub jednostce. Ewentualna czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Kupującego (np. cesja wierzytelności i/lub należności ubocznych przysługujących Sprzedającemu na podstawie niniejszej) może nastąpić wyłącznie po wyrażeniu zgody przez podmiot, który utworzył Kupującego. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić”?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na pytanie 6 informujemy, iż modyfikacja § 5 umowy nie jest możliwa ze względu na treść art. 54 ust. 5 „Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący. ..” ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Z 2016 r. poz1638).

Pytanie nr 9- dotyczy warunków umowy § 6, ust.1 i 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 0,2% na 0,1 % oraz odpowiednio z 5% na 2% ?

Odpowiedź :

Nie.

Pytanie nr 10 – dotyczy zadania nr 2 , poz. 1 :

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie wielorazowego cewnika standardowego, z metalową końcówką?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 11 – dotyczy zadania nr 7 :

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie balonów do poszerzania zwężeń jelitowych, przelykowych i odźwiernika o długości roboczej 230 cm i średnicy cewnika 7,0 F ? W przypadku balonów do poszerzania dróg żółciowych oferowany balon posiadałby długość 30 mm o długości roboczej 200 mm i średnicy cewnika 7,0 F. Prowadnica dołączona do balonu?

Odpowiedź :

Nie.

Pytanie nr 12 – dotyczy zadania nr 10 :

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie balonów do okluzji dróg o parametrach odpowiednio dla:

1. długość 200 cm, średnica cewnika 7,0 F, średnica balonu 9,0 mm
2. długość 200 cm, średnica cewnika 7,0 F, średnica balonu 12,0 mm
3. długość 200 cm, średnica cewnika 7,0 F, średnica balonu 14,0 mm lub 16,0 mm?

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Nie.

Pytania nr 13 – dotyczy zadania nr 8 :

Czy Zamawiający w zadaniu 8 w pozycji 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie zgłębnika gastromijnego, przezroczystego, poliuretanowego o długości 40 cm, z zaznacznikiem widocznym w badaniu RTG (trzy cieniodajne linie), w rozmiarze Ch 18/40 cm pakowany pojedynczo w folię w opakowaniu zbiorczym 5 sztuk ?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 14- dotyczy zadania nr 8 :

Czy Zamawiający w zadaniu 8 w pozycji 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie zgłębnika gastromijnego, wykonanego z przezroczystego silikonu, posiadającego centymetrową podziałkę na zgłębniku, z portem do napełniania balonu, z silikonową zewnętrzną płytką mocującą, zaciskiem do regulacji przepływu, w rozmiarze Ch 20 Balon – 15 ml, pakowany pojedynczo w folię, w opakowaniu zbiorczym 2 sztuki ?

Odpowiedź:

Nie.

Z-ca Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Szpitala
Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
ds. Lecznictwa
(-) lek. med. Marek Lipiec