



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu <sup>®</sup>

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 29 marca 2018 r.

AG.ZP.3320.21. .18

## Dotyczy: Wyjaśnienia treści SIWZ

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na **dostawę gastrokopu terapeutycznego dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II**. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnień:

### **Pytanie 1 dotyczy: wzoru umowy § 7 ust. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu poprzez dodanie: "z wyjątkiem sytuacji, w których wykonawca zapewni zastępczy przedmiot umowy"

Zamawiający zgodnie z zapisami § 9 ust. 4 nakłada na sprzedającego obowiązek dostarczenia zastępczego przedmiotu umowy, w przypadku przedłużającej się naprawy o termin określonym w tym samym ustępie. Dostarczenie równorzędnego sprzętu zastępczego zagwarantuje Zamawiającemu możliwość wykonania badań i ciągłości pracy, a więc nie będzie podstaw do naliczania kar umownych w takim wypadku.

### **Wyjaśnienie:**

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu umowy § 7 ust. 3 poprzez dodanie „, z wyjątkiem sytuacji, w których wykonawca zapewni zastępczy przedmiot umowy”

### **Pytanie 2 dotyczy: wzoru umowy § 9 ust. 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby czas reakcji serwisu liczony był w dniach roboczych (aby wynosił nie dłużej niż 48 godzin w dni robocze)

### **Wyjaśnienie:**

Tak.

### **Pytanie 3 dotyczy: wzoru umowy § 9 ust. 12**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby gwarantowany okres dostępności części zamiennych wynosił minimum 8 lat?

### **Wyjaśnienie:**

Tak.

### **Pytanie 4 dotyczy: wzoru umowy § 12 ust. 4.1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby rozwiązanie umowy mogło nastąpić w przypadku opóźnienia w realizacji umowy przekraczającego 14 dni roboczych?

**Wyjaśnienie:**

Wiążące są zapisy wzoru umowy stanowiącego integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Pytanie 5 dotyczy wzoru umowy § 9 ust. 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin naprawy wynosił: 5 dni roboczych od dnia przesłania urządzenia do autoryzowanego serwisu w przypadku drobnych napraw, a w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy 12 dni roboczych?

**Wyjaśnienie:**

Tak.

**Pytanie 6 dotyczy załącznika nr 5 i załącznika nr 6**

Ponadto prosimy o ujednoczenie zapisów w obu załącznikach (obecnie załącznik nr 5 nie zawiera informacji o czasie naprawy w przypadku konieczności sprowadzenia części spoza Polski.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający ujednoczył załącznik nr 5. Przedmiotowy załącznik znajduje się w załączeniu.

*Lek. med. Andrzej Mielcarek  
Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego Szpitala  
Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II  
w Zamościu*