



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ^(A)

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



AG. Z.2150.35.4a. 2018

Zamość 14.05.2018 r



Certyfikat nr 51705/B/0001/AK/Po
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/AK/Po
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/NA/Po
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/AK/Po
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/AK/Po
ISO 27001 : 2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/AK/Po
ISO 22000 : 2005

Dotyczy : odpowiedzi na pytania .

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu informuje , że do zaproszenia do złożenia ofert na dostawę łóżek szpitalnych, szafek przyłóżkowych , oraz krzeseł kuchennych wpłynęły pytania.

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi :

Pytanie nr: 1 do zadania nr 1 :

Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami wypełnionymi płytą tworzywa wodoodporną , dwustronnie laminowaną ?

Odpowiedź:

TAK

Pytanie nr: 2 do zadania nr 1 :

Czy Zamawiający dopuści łóżko z krążkami odbojowymi o średnicy 60 mm ?

Odpowiedź:

TAK , pod warunkiem że krążki odbojowe będą stanowiły zabezpieczenie przed zniszczeniem drzwi i futryn wejściowych ?

Pytanie nr: 3 do zadania nr 1 :

Czy Zamawiający dopuści materac z pianką o gęstości T35 ?

Odpowiedź:

TAK

Pytanie nr: 4 do zadania nr 1 :

Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem o szerokości 820 mm ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści łóżko z leżem o szerokości 850 – 900 mm.

Pytanie nr: 5 do zadania nr 1 :

Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości zewnętrznej całkowitej z krążkami odbojowymi 985 mm ?

Odpowiedź:

NIE

Pytanie nr: 6 do zadania nr 1 :

Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2110 mm ?

Odpowiedź:

NIE

Z poważaniem:

Z-ca DYREKTORA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
ds. Lecznictwa
lek. med. Marek Lipiec



tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524