

Zamość, dnia 31.05.2019 r.



AG.Z.2150.2.1.2019



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.

Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po  
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po  
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/NA/Po  
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po  
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po  
ISO 27001 : 2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po  
ISO 22000 : 2005

Dotyczy: odpowiedzi na pytania

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu informuje, że do zaproszenia do złożenia oferty na dostawę cewników zbrojonych oraz elektrod diagnostycznych wpłynęło pytanie .

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi :

**Pytanie nr 1 – dotyczy zadania nr 2**

Proszę o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia z zadania nr 2:

- Czy elektrody diagnostyczne mają być 4 czy 10 biegunowe ?
- Czy elektrody powinny mieć oliwki wypukłe ?
- Czy elektrody powinny mieć co najmniej 8 krzywizn?
- Czy elektrody powinny mieć zakres rozmiarowy 4 – 7 F ?

**Pytanie nr 2 – dotyczy zadania nr 2**

Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga elektrod diagnostycznych jednokierunkowych do badań elektrofizjologicznych – 10 połowych sterowanych czy 4 połowych sterowalnych?

**Odpowiedź na pytanie nr 1 i 2:**

Sterowalna elektroda elektrofizjologiczna do zatoki wieńcowej 7 F zakończona „pinami”, co najmniej 2 oliwki.

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

lek. med. Andrzej Mielcarek



KOMITET  
UPOWSZECZNIANIA  
KARMIEŃIA  
PIERSIĄ



tel. Centrala  
84 6773333

tel. Sekretariat  
84 6773300

Fax  
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
0000021024

PEKAO S.A. | Oddział  
w Zamościu  
61 1240 2816 1111  
0010 3901 3524