



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 08 lutego 2018 r.

AG.ZP 3320.4. .18

Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na **dostawę odczynników do Pracowni Biochemii wraz z dzierzawą dwóch analizatorów**. Poniżej podajemy treść wniosków i wyjaśnienia:

Tabela "Parametry graniczne dla 2 analizatorów biochemicznych"

Dotyczy Lp 1

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie analizatorów biochemicznych, wolnostojących, w pełni automatycznych, wieloparametrowych, do badań rutynowych i cito, z automatycznym podajnikiem próbek wykorzystujących oprogramowanie w języku angielskim? Szczegółowa Instrukcja Obsługi analizatorów w języku polskim dostarczana jest wraz z dostawą analizatorów.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy Lp 9

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie analizatorów pracujących w częściowo otwartym systemie odczynnikowym? Wszystkie parametry zadysponowane przez Zamawiającego w Załączniku Nr1 do SIWZ są w ofercie Wykonawcy.

W przypadku konieczności rozszerzenia wykonywanego panelu badań poza ofertę Wykonawcy jest możliwe użycie zestawów odczynnikowych, firm trzecich. W oferowanych analizatorach jest możliwe wprowadzenie do 10 " obcych " testów.

Wyjaśnienie: Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy Lp 18

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie analizatorów pracujących w oparciu o plastikowe kuwety wielorazowego użycia? Kuwety, ich przydatność do używania, są automatycznie sprawdzane po każdym procesie oznaczenia i mycia. Kuwety nie spełniające wymogów czystości są eliminowane z procesu oznaczania. Konieczność ich wymiany jest automatycznie wskazywana przez system nadzoru. Odpowiednia ilość kuwet jest oferowana jako elementy zużywalne.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy Lp 29

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie analizatorów pracujących w oparciu o termostatowanie przedziału reakcyjnego przy pomocy wody uzdatnionej?

Jej uzupełnianie, okresowa wymiana jest dokonywane automatycznie.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody.



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/UA/Po
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000 : 2005



tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

Dotyczy Tabeli, Parametr oceniany

Czy Zamawiający przyzna tą samą ilość punktów dla odczynników z systemu zamkniętego, których nie należy dzielić na części? Nie ma potrzeby, odczynników gotowych do użycia, rozdzielać na mniejsze porcje.

Trwałości odczynników wstawianych na pokład analizatora zabezpieczają wykonanie także testów o zadysponowanej przez Zamawiającego małej ilości oznaczeń.

Wyjaśnienie: Zamawiający przyzna tę samą ilość punktów dla odczynników systemu zamkniętego, których nie należy dzielić na części, jeżeli wykonawca udokumentuje, że trwałość odczynników na pokładzie aparatu do wykonywania badań, których ilość oszacowana na równą lub mniejszą niż 3500 na 24 miesiące zabezpiecza wykonanie tych badań przez okres 24 miesięcy.

Dotyczy Załącznik NR 1 do SIWZ, Odczynniki do badań biochemicznych.

Lp 27

Czy Zamawiający zamierza przeprowadzać oznaczanie tego parametru, z automatyczną procedurą hemolizy przeprowadzaną na pokładzie, bez potrzeby dodatkowego, uciążliwego, manualnego, przygotowywania próbek poza analizatorem?

Informacja ta potrzebna jest dla prawidłowego przygotowania zestawienia odczynników w ofercie.

Wyjaśnienie: Zamawiający zamierza wykonywać oznaczenie HbA1c z automatyczną procedurą hemolizy lub z procedurą hemolizy manualną przeprowadzoną przed wprowadzeniem próbki do analizatora, zależnie od specyfikacji metodyki badawczej zaoferowanej przez wykonawcę.

Dotyczy wzoru umowy

Dot. Wzór umowy

Par. 1 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu – „Zmniejszenie nie może przekraczać 20% całkowitej wartości umowy”?

Wyjaśnienie: Tak

Par. 2 ust. 1 Czy Zamawiający dopuści, aby zamówienia były składane także za pośrednictwem poczty elektronicznej?

Wyjaśnienie: Tak.

Par. 2 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie niniejszego postanowienia umowy poprzez wskazanie liczby osób, które mają zostać poddane szkoleniu, o którym mowa w niniejszym postanowieniu umowy?

Wyjaśnienie: Liczba osób, które mają zostać przeszkolone – 8 (osiem) osób.

Par. 2 ust. 7, ust. 11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby skorzystanie z zakupu interwencyjnego (wykonania zastępczego) wykluczało zastosowanie kar umownych?

Uzasadnienie:

Zamawiający przyznaje sobie prawo do sankcjonowania za to samo przewinienie dwa razy. Zastrzeżenie kary umownej ma cel odszkodowawczy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Kara umowna ma, więc na celu naprawienie szkody poniesionej przez Zamawiającego, ale nie może być nadmierna i nie może dążyć do przewyższenia poniesionej szkody. Poprzez dokonanie zakupu interwencyjnego następuje naprawienie szkody.

Wyjaśnienie: Nie.

Par. 3 ust. 6 pkt 1, pkt 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę „bezpłatnych” na „w ramach czynszu dzierżawnego? (w ramach wynagrodzenia).

Wyjaśnienie: Tak.

Par. 3 ust. 6 pkt 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "godzin" na "godzin w dni robocze"?

Wyjaśnienie: Nie.

Par. 5 ust. 1, ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

Uzasadnienie:

Utrzymanie zapisu w obecnej postaci spowoduje, iż niemożliwe będzie dokładne określenie terminu płatności.

Wyjaśnienie: Nie.

Par. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.”

Wyjaśnienie: Nie.

Par. 7 ust. 1 pkt 2, pkt 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby wysokość kary umownej była liczona od wartości sumy czynszu dzierżawnego?

Wyjaśnienie: Nie.

Par. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?

Wyjaśnienie: Nie.

Par. 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy?

Wyjaśnienie: Nie.

Par. 13 Czy na podstawie art. 31 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze zm.)- Zamawiający- jako administrator danych osobowych, które mogą znajdować się na aparatach będących przedmiotem zamówienia i do których w związku z prawidłową realizacją obowiązków wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj. przyłączenie do sieci, dokonywanie przeglądów, świadczenie usług serwisowych może mieć dostęp Wykonawca, wyrazi zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych? Dostęp do danych osobowych wynikający z realizacji obowiązków zawartych w umowie stanowi przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze zm.). Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta zostałaby z Wykonawcą jako procesorem wg załączonego wzoru.

Wyjaśnienie: Nie. Do wzoru umowy integralnej części SIWZ dodaje się § 13 o brzmieniu:

§ 13.

1. Zamawiający jest administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. j.: Dz. U. z 2016r., poz. 922), zwaną w dalszej części: u.o.d.o. i jednocześnie w pełni realizuje odpowiednią ochronę danych zgodnie z art. 36-39 u.o.d.o.
2. Zamawiający, na podstawie art. 31 u.o.d.o., niniejszym powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w zakresie oraz w celu niezbędnym do wykonania usług stanowiących przedmiot niniejszej umowy. Dane osobowe stanowiące zbiór danych, udostępniane Wykonawcy na mocy niniejszego paragrafu, określa się zgodnie z art. 6 u.o.d.o.

3. Przetwarzanie przez Wykonawcę danych osobowych w zakresie oraz celach innych niż objęte upoważnieniem udzielanym na mocy niniejszej umowy, jest niedopuszczalne.
4. Wykonawca jest zobowiązany:
- 1) do zapewnienia ochrony powierzonych mu do przetwarzania danych osobowych, w szczególności stosowania wymogów wynikających z przepisów u.o.d.o oraz powszechnie przyjętych standardów,
 - 2) do stosowania przy przetwarzaniu danych osobowych, środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych w zakresie określonym w art. 36-39a u.o.d.o.,
 - 3) do zapewnienia, aby powierzone dane osobowe nie były wykorzystywane do innych celów niż wynikające z niniejszej umowy,
 - 4) do zapewnienia, aby urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych powierzonych na mocy niniejszej umowy, były w pełni zgodne z wymogami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. nr 100, poz. 1024),
 - 5) do organizowania oraz utrzymywania środków bezpieczeństwa i sposobów postępowania, zapewniających bezpieczne przechowywanie danych, w tym zabezpieczających te dane przed zmianą, uszkodzeniem, utratą lub zniszczeniem, a także do podjęcia wszelkich działań w celu zapobieżenia jakimkolwiek wykorzystywaniu, ujawnieniu lub dostępowi do tych danych przez osoby nieupoważnione,
 - 6) do przestrzegania zasad poufności, integralności i rozliczalności powierzonych mu danych osobowych,
 - 7) do niezwłocznego (nie później niż w terminie 1 dnia roboczego) przekazania Zamawiającemu informacji na piśmie, w przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających przekazanie lub ujawnienie danych osobowych uprawnionym na mocy prawa podmiotom, obejmującej informację o zakresie i warunkach ujawnienia tych danych.
5. Wszelkie działania Wykonawcy dotyczące przetwarzania danych osobowych powierzonych na mocy niniejszej umowy, odbiegające od ustaleń zawartych w niniejszej umowie, mogą być podjęte jedynie po uzyskaniu wcześniejszej akceptacji Zamawiającego, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Powierzenie, o który mowa w niniejszym paragrafie, obejmuje także upoważnienie do zarządzania uprawnieniami do dostępu do powierzonych danych osobowych. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia, zgodnie z art. 39 ust. 1 u.o.d.o., ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych powierzonych na mocy niniejszego paragrafu. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia, że powierzone dane osobowe nie będą dostępne dla większej liczby pracowników Wykonawcy, niż jest to konieczne dla właściwego wykonania niniejszej umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za osoby, którym udostępnił dane osobowe objęte upoważnieniem wynikającym z niniejszego paragrafu, jak za działania własne.
7. Wykonawca nie może powierzyć wykonywania zadań wynikających z niniejszego

- paragrafu podmiotowi trzeciemu bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
8. Jeżeli w związku z jakimkolwiek uchybieniem Wykonawcy w zakresie obowiązków przewidzianych w niniejszym paragrafie, Zamawiający zostanie obciążony grzywną lub karą lub poniesie inne sankcje określone przepisami prawa, bądź też zostanie obciążony obowiązkiem zapłaty odszkodowania, Wykonawca będzie miał obowiązek wypłaty Zamawiającemu odszkodowania rekompensującego poniesioną przez Zamawiającego szkodę.
 9. Zamawiający jako Administrator danych zastrzega sobie prawo do dokonywania czynności kontroli przetwarzania powierzonych danych przez Wykonawcę pod względem zgodności z prawem oraz obowiązującymi przepisami, oraz wydawania Wykonawcy wiążących zaleceń pokontrolnych. Wykonawca może odmówić wykonania zaleceń pokontrolnych tylko gdy są one niezgodne z obowiązującymi przepisami lub postanowieniami niniejszej umowy.
 10. Obowiązek zachowania w tajemnicy powierzonych do przetwarzania danych osobowych, obowiązuje zarówno w trakcie trwania niniejszej umowy, jak i po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu.

Dotychczasowy § 13 jest § 14, a dotychczasowy §14 jest § 15.

Z-ca Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
Ds. Lecznictwa
Lek. med. Marek Lipiec