

dotyczy: odpowiedzi na pytania dla firmy Medima Sp z.o.o. dotyczące postępowania pt. [Dostawa produktów i wyrobów medycznych stosowanych w leczeniu żywieniowym - postępowanie uzupełniające](#)” LAP.0611.1.2024

1. Zadanie nr 2: Dot. par. 2 wzoru umowy: Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby termin dostaw wynosił 3, 4 lub 5 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia?

Odpowiedź: 3 dni robocze

2. Zadanie nr 2: Dot. par. 3 wzoru umowy: Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby ujawnione w okresie gwarancji wady były usuwane w siedzibie Wykonawcy? Wskazujemy, że ze względów technicznych wszelkie naprawy pomp muszą być wykonywane w serwisie. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia transportu (kurier) sprzętu do serwisu oraz po wykonaniu naprawy serwisowej do Zamawiającego. Jednocześnie, w przypadku gdy zaistnieje taka konieczność, na życzenie Zamawiającego, Wykonawca na czas wykonania naprawy zobowiązuje się do dostarczenia urządzeń zastępczych.

Odpowiedź: Tak

3. Zadanie nr 2: Czy Zamawiający uwzględni wielkość opakowania zbiorczego proponowanego przez Wykonawcę podczas składania zamówień częściowych? Wyjaśniamy, że obecnie opakowania zawierają 100 szt. zestawów.

Odpowiedź: Tak