

**ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY**  
**do 30.000 euro**

**Zamawiający :**

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
ul. Al. Jana Pawła II 10  
22-400 Zamość  
tel. (84) 677 33 33  
fax (84) 638 66 69

**Zaprasza do złożenia oferty**  
**na dostawę perymetru automatycznego i tonometru aplanacyjnego.**

kod CPV: 33100000-1

**I. Określenie przedmiotu zamówienia.**

**Zadanie nr 1**

**Perymetr automatyczny z opcją kinetyczną – 1szt**

Szczegółowy opis wg załącznika nr 2 (parametry techniczne) do zaproszenia.

**Zadanie nr 2**

**Tonometr aplanacyjny do lampy szczelniowej Nikon NS-1V (montowany na tubusie obiektywu) – 1szt**

*Ofertę można składać na całość przedmiotu zamówienia lub na każde zadanie oddzielnie (oferta częściowa).*

**II. Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia: 30 dni** licząc od daty podpisania umowy.

**III. Sposób sporządzenia oferty:**

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta musi zawierać wypełniony „Formularz oferty wykonawcy „ (zgodny w treści z przedstawionym wzorem ) oraz n/w dokumenty:
  - 2.1 „Formularz oferty cenowej,, dla każdego zadania oddzielnie
  - 2.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
  - 2.3 Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.
  - 2.4 Formularz parametry techniczne - dla zadania nr 1.
3. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.
4. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę- zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to musi ono w swojej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Dokument pełnomocnictwa musi zostać złożony jako część oferty.
5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
6. Zaleca się, aby:
  - 6.1. strony oferty były kolejno ponumerowane,
  - 6.2. formularz cenowy nie był sporządzony odręcznie.

7. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia. Koperta winna być oznaczona nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowana:

**Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
ul. Al. Jana Pawła II 10  
22-400 Zamość**

i opisana: Oferta na dostawę perymetru i tonometru. Nie otwierać przed 12-05-2017 do godz 14.00

8. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert.

**IV. Miejsce i termin składania ofert.**

1. Wykonawca składa ofertę w siedzibie Zamawiającego w pok. 248 (Kancelaria Szpitala), w terminie **do dnia 12-05-2017 do godz. 13.00.**
2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.

**V. Udzielanie wyjaśnień dotyczących zaproszenia do złożenia ofert.**

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści zaproszenia do złożenia ofert – nie później niż 3 dni przed terminem złożenia ofert. Zamawiający niezwłocznie zamieści odpowiedź na swojej stronie internetowej (w zakładce do 30.000 euro).
2. Pytania należy kierować na adres:  
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
ul. Al. Jana Pawła II 10  
22-400 Zamość  
Fax (84)638 66 69
3. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający wyznacza n/w osoby:
  - w sprawach merytorycznych – dr n med. Waldemar Kędzióra tel (84)677 37 00
  - w sprawach formalnych - mgr Wojciech Michoński tel. (84) 677 32 80

**VI. Miejsce i termin otwarcia ofert.**

1. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 212, w dniu 12.05.2017 o godz. 14.00
2. Otwarcie ofert jest jawne.
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. W trakcie otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwę i adres Wykonawcy oraz informacje dotyczące ceny oferty.

**VII. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej**

1. Poniżej podajemy kryterium wyboru ofert:  
Cena – **100 %**
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta o najniższej cenie.
3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone dwie lub więcej ofert o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.

**VIII. Udzielenie zamówienia**

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
2. Wynik rozstrzygnięcia postępowania zostanie umieszczony na stronie internetowej

Zamawiającego.

3. Informacja będzie zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz cenę brutto oferty najkorzystniejszej.
4. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wyśle do Wykonawcy umowę.
5. Wykonawca, który złożył ofertę najkorzystniejszą będzie zobowiązany do podpisania umowy wg wzoru przedstawionego przez Zamawiającego i na określonych w niej warunkach.

#### **IX. Unieważnienie postępowania.**

Zamawiający może unieważnić postępowanie gdy:

1. cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
2. wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie zamawiającego
3. nie zostanie złożona żadna oferta spełniająca wymogi zaproszenia do złożenia ofert
4. bez podania przyczyny przed dokonaniem wyboru oferty

#### **X. Odrzucenie oferty.**

Oferta podlega odrzuceniu:

1. jeżeli nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego wskazanym w zaproszeniu,
2. jeżeli wykonawca nie wykazał właściwego umocowania dla osoby podpisującej ofertę,
3. jeżeli została złożona po terminie składania ofert,
4. jeżeli jest nieważna na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego,
5. jeżeli nie jest złożona w formie pisemnej.

DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

lek med. Andrzej Mielcarek

(miejsowość, data)

.....

(pieczęć wykonawcy)

tel.: .....

fax: .....

**Samodzielny Publiczny  
Szpital Wojewódzki  
im. Papieża Jana Pawła II  
ul. Al. Jana Pawła II 10  
22-400 Zamość  
fax (084) 638 66 69**

### OFERTA WYKONAWCY

Odpowiadając na Państwa zaproszenie do złożenia oferty (numer sprawy AG.Z.2150.5.5.2017) na dostawę .....

**Zadanie nr .....**

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami opisu, za kwotę w wysokości:

- netto: ..... zł

(słownie: ..... zł)

- stawka podatku VAT ..... %

- brutto: ..... zł

(słownie: ..... zł)

1. Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję postanowienia zawarte w projekcie umowy.
2. Oświadczam, że wykonam przedmiot zamówienia w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy.
3. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
4. Oferuję termin płatności ..... dni od daty otrzymania faktury VAT (minimalny wymagany przez Zamawiającego – 60 dni).
5. Oświadczam, że na ..... posiadam deklarację zgodności CE o spełnieniu wymagań zasadniczych, certyfikat zgodności dla oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych Dz.u. 2015 poz 876 z późn zm oraz przedstawię go na żądanie zamawiającego w wyznaczonym terminie lub wraz z dostawą aparatu.
6. Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów (poza materiałami eksploatacyjnymi).
7. Na oferowany przedmiot udzielam .....miesiący pełnej gwarancji licząc od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego ( min. wymagany przez Zamawiającego okres to 12 miesięcy).
8. Warunki gwarancji:

- czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w okresie gwarancji nie dłużej niż 7 dni robocze liczony od daty zgłoszenia uszkodzenia, a w przypadku konieczności sprowadzenia części spoza granic Polski nie dłuższy niż 14 dni roboczych. W przypadku przedłużającej się naprawy ( powyżej 14 dni wstawienie aparatu zastępczego o parametrach równoważnych z naprawianym
- graniczny czas naprawy po przekroczeniu którego okres gwarancji przedłuża się o czas przerwy w eksploatacji .....( max 7 dni roboczych )
- siedziba serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie Polski

adres.....  
 .....  
 .....

9 Oświadczam, że w ramach oferowanej gwarancji będą wykonywane przeglądy zalecane przez producenta. Podać zalecaną częstość wykonywania przeglądów. Ostatni przegląd w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji.

.....  
 Wszystkie czynności związane z wykonaniem przeglądu odbywać się będą na koszt Wykonawcy.

10 Oświadczam, że wraz z dostawą dostarczę instrukcję obsługi w języku polskim zawierającą zapisy dotyczące bezpieczeństwa użytkownika i bezpieczeństwa pacjenta.

11 Oświadczam, że bezpośredni użytkownicy zostaną przeszkoleni w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia.

12 Oświadczam, że zostanie przeprowadzone szkolenie serwisowe z podstawowych czynności serwisowych dla zaoferowanego przedmiotu zamówienia dla pracowników Inżynierii Klinicznej, potwierdzone wydaniem zaświadczenia/ certyfikatu

13 Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi jej integralną część są:

- a) aktualny odpis z właściwego rejestru (np. KRS) lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
- b) pełnomocnictwo w oryginale bądź notarialnie poświadczony w przypadku podpisania niniejszej oferty przez pełnomocnika.
- c) formularz oferty cenowej
- d) Formularz parametry techniczne - dla zadania nr 1.

.....  
 podpis osoby uprawnionej /upoważnionej \*  
 do reprezentowania Wykonawcy

### Parametry techniczne

#### Perymetr automatyczny z opcją kinetyczną– 1szt.

##### Zadanie nr 1

Lp.	Parametr/warunek	Wartość wymagana	Wartość oferowana
1.	Model/typ Producent Rok produkcji: min 2016	<b>TAK</b> podać	
2.	Aparat fabrycznie nowy	<b>TAK</b>	
3.	Opis urządzenia: <ul style="list-style-type: none"> <li>- czasa perymetru – promień 300mm, typ zamknięty</li> <li>- zakres pola badania 100 – 130 stopni</li> <li>- parametry bodźca i-IV wg Goldmana, biały, czerwony, zielony, niebieski</li> <li>- maks intensywność bodźca – 10 000 asb</li> <li>- standardowe pole testowe: centralne 30 st, pełne 50 st, peryferyjne 30-50 st, plamkowe 10 st, jaskrowe 22/50 st, rozszerzone nos-50st, skroń-80st, określone przez użytkownika 50 st, obuoczne rozszerzenie poziomo-80st, pionowo-50st</li> <li>- podgląd oka za pomocą wbudowanej kamery</li> <li>- automatyczny pomiar średnicy źrenicy</li> <li>- automatyczna regulacja wysokości podbródka</li> <li>- metoda fiksacji: kontrola położenia ślepej plamy lub cyfrowa detekcja położenia źrenicy</li> <li>- czas na reakcję pacjenta automatycznie dostosowany do odpowiedzi pacjenta lub ustawiany ręcznie od 0,1 do 9,9 sek</li> <li>- oświetlenie tła: w zależności od rodzaju bodźca, 10 asb dla zielonego, 314 asb dla żółtego tła – ustawienie automatyczne</li> <li>- krzywa Bebbiego</li> <li>- możliwość wydruku wyników badań w kolorze (format Humphrey)</li> <li>- drukarka laserowa</li> <li>- samoczynna kontrola sprawności urządzenia</li> <li>- odpowiedni stolik pod urządzenie z regulacją elektryczną wysokości</li> </ul>	<b>TAK</b> podać	
4.	Strategie badania: <ul style="list-style-type: none"> <li>- przesiewowa</li> <li>- progowa</li> <li>- 3 strefowa</li> <li>- szybka progowa</li> <li>- opcja neurologiczna</li> <li>- obuoczna</li> <li>- obuoczne rozszerzenie</li> <li>- Blue on Yellow</li> </ul>	<b>TAK</b> podać	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- test kinetyczny</li> <li>- krytyczna częstotliwość fuzji</li> </ul>		
5.	<p>Dane techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wielojęzyczny interfejs użytkownika</li> <li>- analiza wyników przeprowadzonych badań</li> <li>- odchylenie od wzgórza widzenia HOV</li> <li>- odchylenie normy wiekowej</li> <li>- analiza postępowania wad</li> <li>- porównanie wyników badań</li> <li>- zastosowanie normy wiekowej w oparciu o badania w Polsce (ponad 40 000)</li> <li>- możliwość przeprowadzenia ponownego badania wybranych miejsc</li> <li>- możliwość eksportowania/importowania wyników badań, co umożliwia przenoszenie pojedynczego wyniku badania z jednego komputera do drugiego</li> <li>- możliwość łączenia kilku baz danych w jedną</li> <li>- możliwość administrowania bazy danych (przenoszenie wyników badań wśród pacjentów)</li> <li>- możliwość użytkowania sieci komputerowej jednocześnie przez wielu użytkowników</li> <li>- komputer z nagrywarką CD/DVD, kopia bazy danych przy użyciu modułu archiwizacji</li> <li>- możliwość zapisywania wydruków oraz wyników przeprowadzonych badań w postaci plików JPG oraz możliwość wysyłania plików w postaci elektronicznej</li> <li>- możliwość wymiany danych z zewnętrznymi systemami medycznymi</li> </ul>	<b>TAK</b>	

Wymogiem jest aby wartości podane w kolumnie „Wartość oferowana” były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie producenta przedstawiającym dane techniczne - Product Data. Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji.

**Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania w wyznaczonym przez siebie terminie, dokonania przez Wykonawcę prezentacji, pokazu w siedzibie Zamawiającego oferowanego aparatu ze wszystkimi wymaganymi parametrami. Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.**

(pieczęć Wykonawcy)

**OFERTA CENOWA***Zadanie nr 1*

<b>Lp</b>	<b>Asortyment/ model/nr kat.</b>	<b>Ilość</b>	<b>Cena jednostkowa netto w PLN</b>	<b>Stawka podatku VAT w %</b>	<b>Cena jednostkowa brutto w PLN</b>	<b>Łączna cena netto (wynik pomnożenia ilości przez cenę jednostkową netto)</b>	<b>Łączna cena brutto (łączna cena netto powiększona o VAT)</b>	<b>Producent</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2 + 3</b>	<b>1 x 2 = 4</b>	<b>4 + 3</b>	
1	<b>Perymetr automatyczny z opcją kinetyczną Model .....</b>	<b>1 szt</b>						
X	<b>Razem</b>	x	x	x	x			x

Łącznie wartość brutto ( słownie )

.....

.....

podpis osoby uprawnionej /upoważnionej \*



(pieczęć Wykonawcy)

**OFERTA CENOWA**

Zadanie nr 2

<b>Lp</b>	<b>Asortyment/ model/nr kat.</b>	<b>Ilość</b>	<b>Cena jednostkowa netto w PLN</b>	<b>Stawka podatku VAT w %</b>	<b>Cena jednostkowa brutto w PLN</b>	<b>Łączna cena netto (wynik pomnożenia ilości przez cenę jednostkową netto)</b>	<b>Łączna cena brutto (łączna cena netto powiększona o VAT)</b>	<b>Producent</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2 + 3</b>	<b>1 x 2 = 4</b>	<b>4 + 3</b>	
1	<b>Tonometr aplanacyjny, do lampy szczelniowej Nikon NS-1V (montowany na tubusie obiektywu)</b>	<b>1 szt</b>						
X	Razem	x	x	x	x			x

Łącznie wartość brutto ( słownie )

.....

.....

podpis osoby uprawnionej /upoważnionej \*

### **Wzór umowy**

zawierający istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

### **Umowa nr AG.Z.2150.....2017**

zawarta w dniu ..... w Zamościu, pomiędzy Samodzielnym Publicznym Szpitalem Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II z siedzibą w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji, Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000021024, NIP 922 – 22 – 92 - 491, zwanym w treści umowy „Kupującym”, w imieniu którego działa:

1. ....

a firmą .....z siedzibą w ..... adres: .....,  
zarejestrowaną w .....NIP ....., zwaną w treści  
umowy „Sprzedającym”, w imieniu której działa:

.....

Treść umowy jest sporządzona na podstawie złożonej oferty.

#### § 1

Kupujący zleca a Sprzedający przyjmuje do realizacji dostawę:

- Perymetr automatyczny z opcją kinetyczną – 1 szt
- Tonometr aplanacyjny do lampy szczelniowej Nikon NS-1V – 1szt

dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10.

#### § 2

1. Dostawa przedmiotu zamówienia wraz z montażem, uruchomieniem i szkoleniem zostanie zrealizowana w terminie 30 dni licząc od daty

zawarcia umowy, tj. do dnia.....2017 roku

2. Sprzedający zobowiązuje się do realizacji dostawy w wyznaczonym terminie do siedziby Kupującego ponosząc ryzyko transportu.

3. Dostawa odbędzie się w dni robocze w godzinach 7.00 do 14.00.

4. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia towaru będącego przedmiotem niniejszej umowy dobrej jakości, a w przypadku zgłoszenia przez Kupującego uwag w tym zakresie do przyjmowania reklamacji jakościowych.

5. Sprzedający zobowiązuje się do uwzględnienia na swój koszt reklamacji jakościowych i ilościowych dotyczących dostawy przedmiotu umowy w terminie 7 dni licząc od dnia zgłoszenia reklamacji.

6. Trzykrotna reklamacja tego samego przedmiotu umowy upoważnia zamawiającego do rozwiązania umowy.

### § 3

1. Oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów (poza materiałami eksploatacyjnymi).
2. Na oferowany przedmiot udzielam .....miesięcy pełnej gwarancji licząc od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego.
3. Warunki gwarancji:
  - czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w okresie gwarancji nie dłużej niż 7 dni robocze liczony od daty zgłoszenia uszkodzenia, a w przypadku konieczności sprowadzenia części spoza granic Polski nie dłuższy niż 14 dni roboczych. W przypadku przedłużającej się naprawy ( powyżej 14 dni wstawienie aparatu zastępczego o parametrach równoważnych z naprawianym
  - graniczny czas naprawy po przekroczeniu którego okres gwarancji przedłuża się o czas przerwy w eksploatacji .....( max 7 dni roboczych )
  - siedziba serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie Polski

adres.....  
.....  
.....

4. W ramach oferowanej gwarancji będą wykonywane przeglądy zalecane przez producenta. Podać zalecaną częstość wykonywania przeglądów. Ostatni przegląd w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji.  
.....  
Wszystkie czynności związane z wykonaniem przeglądu odbywać się będą na koszt Wykonawcy.
5. Wraz z dostawą Sprzedający dostarczy instrukcję obsługi w języku polskim zawierającą zapisy dotyczące bezpieczeństwa użytkownika i bezpieczeństwa pacjenta .
6. Bezpośredni użytkownicy zostaną przeszkoleni w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia, pracownicy Inżynierii Klinicznej w zakresie serwisu przedmiotu umowy.

### § 4

1. Za n/w asortyment stosowana będzie cena jednostkowa brutto (takie jak w złożonej ofercie)
  - Perymetr automatyczny z opcją kinetyczną – .....pln / szt
  - Tonometr aplanacyjny do lampy szczelniowej Nikon NS-1V – ..... pln / szt

Łączna wartość brutto ( z podatkiem VAT) za całość przedmiotu umowy ustala się w wysokości słownie: .....

2. Wymieniona wyżej cena nie może ulec podwyższeniu do czasu wykonania przedmiotu umowy.

Podwyższenie ceny w stosunku do oferty upoważnia Kupującego do odstąpienia od umowy bez odszkodowania na rzecz Sprzedającego.

## § 5

1. Płatność za wykonaną dostawę Kupujący będzie regulował przelewem w ciągu ..... dni licząc od daty otrzymania faktury VAT (rachunku) na konto Sprzedającego wskazane w fakturze VAT (rachunku).
2. Jako datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Kupującego.
3. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest podpisany protokół odbioru.

## § 6

Sprzedający nie może powierzyć wykonania umowy innej osobie lub jednostce. Ewentualna czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Kupującego (np. cesja wierzytelności i/lub należności ubocznych przysługujących Sprzedającemu na podstawie niniejszej umowy) może nastąpić wyłącznie po wyrażeniu zgody przez podmiot, który utworzył Kupującego.

## § 7

- 1 Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego karę umowną:
- a) w przypadku niedotrzymania terminu wykonania dostawy określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy w wysokości 0,2 % wartości brutto dostawy za każdy dzień zwłoki ,
  - b) w przypadku odstąpienia przez Sprzedającego od umowy lub przez Kupującego z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego w wysokości 5% wartości brutto umowy.
- 2 Kupujący zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

## § 8

W razie zwłoki w wykonaniu zamówienia Kupujący ma prawo odstąpić od umowy po udzieleniu Sprzedającemu dodatkowego terminu na wykonanie umowy. Wyznaczenie przez Kupującego nowego terminu nie zwalnia Sprzedającego od obowiązku uiszczenia kary umownej określonej w § 7 ust 1 pkt a.

## § 9

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą wprowadzane do umowy stosownym aneksem.

## § 10

W przypadku wystąpienia braku środków finansowych Kupujący zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości dostaw, o czym powiadomi Sprzedającego na piśmie. W takim przypadku Sprzedający może jedynie żądać wynagrodzenia za faktycznie zrealizowaną część dostawy.

## § 11

1. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny w miejscu siedziby Kupującego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

## § 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Kupującego i jeden dla Sprzedającego.

**SPRZEDAJĄCY :**

**KUPUJĄCY:**