

Zamość, dnia 26.02.2018 r.

AG.Z.2150.44.1.2018

Dotyczy: odpowiedzi na pytania oraz zmiany treści zaproszenia.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu informuje, że do zaproszenia do złożenia oferty na dostawę bielizny jednorazowego użytku wpłynęły pytania.

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi.

Pytanie nr 1. Dotyczy Zadania nr 14.

Czy Zamawiający dopuści zestaw nie zawierający w swoim składzie szkła powiększającego?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Tak.

Pytanie nr 2. Dotyczy Zadania nr 17.

Czy Zamawiający dopuści podłokietniki na fotel operatora o rozmiarze 35x75 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Tak.

Z-ca DYREKTORA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
ds. Lecznictwa

(-) lek. med. Marek Lipiec



URS is a member of Registrar of Standards-Holdings Ltd.

Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/NA/Po
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001 : 2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000 : 2005



tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:

szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524