



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu<sup>®</sup>

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 10 listopada 2017 r.

AG.ZP.3320.73. .17

## Dotyczy: Wyjaśnienia treści SIWZ

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na **dostawę aparatury do wentylacji noworodków dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II**. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnień:

### **Pytanie 1 dot. zadania 2 pkt. 20**

Zwracamy się z prośbą, aby Zamawiający dopuścił aparat do nieinwazyjnego wspomaganie oddychania z kompensatą przecieku wyrażoną w l/min w zakresie +/- 2 l/min, zamiast w procentach kompensując przeciek procentowo urządzenie może przekroczyć górną granicę 20 l/min, co może być niebezpieczne w przypadku nagłej zmiany szczelności układu oddechowego, na przykład gdy pacjent zamknie usta?

#### **Wyjaśnienie:**

Wiążące są zapisy SIWZ.

### **Pytanie 2 dot. zadania 2 pkt. 18**

Prosimy o odstąpienie od wymogu oddechu manualnego w zakresie 1-20 sekund, nie ma uzasadnienia fizjologicznego dla manualnego oddechu trwającego więcej niż 2 sekundy.

#### **Wyjaśnienie:**

Wiążące są zapisy SIWZ.

### **Pytanie 3 dot. zadania 2 pkt. 22**

Zwracamy się z prośbą, aby Zamawiający odstąpił od tak określonego wymogu czasu reakcji na bezdech regulowanego w zakresie 10-30 sek. i dopuścił aparat do nieinwazyjnego wspomaganie oddechu z możliwością regulacji czasu reakcji na bezdech w zakresie do 20 sek. ogólnie przyjęta w świecie medycznym definicja mówi o 20 sekundach bezdechu. Każdy czas powyżej 20 sek. zwiększa ryzyko zwolnienia czynności serca u pacjenta i może zagrażać jego życiu.

#### **Wyjaśnienie:**

Zamawiający dopuszcza aparat z czasem reakcji na bezdech regulowanym w zakresie 10 – 20 sek.



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po  
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po  
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/NA/Po  
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po  
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po  
ISO 27001 : 2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po  
ISO 22000 : 2005



tel. Centrala  
84 6773333

tel. Sekretariat  
84 6773300

Fax  
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział  
w Zamościu  
61 1240 2816 1111  
0010 3901 3524

**Pytanie 4 dot. zadania 1 pkt. 9**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator zmiennoprzepływowy, czasowo – zmienny, elektronicznie sterowany, z pełnym monitorowaniem faz oddechowych i wspomaganie faz oddechowych??

**Wyjaśnienie:**

Wiążące są zapisy SIWZ.

**Pytanie 5 dot. zadania 1 pkt. 17**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z limitem objętości oddechowej realizowanym przez alarm wysokie Vte??

**Wyjaśnienie:**

Wiążące są zapisy SIWZ.

**Pytanie 6 dot. zadania 1 pkt. 26**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z przepływem bazowym ustawionym automatycznie?

**Wyjaśnienie:**

Wiążące są zapisy SIWZ.

**Pytanie 7 dot. zadania 1 pkt. 27**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z automatycznym dobozem czasu wydechu na podstawie czasu wdechu i częstości oddechowej?

**Wyjaśnienie:**

Wiążące są zapisy SIWZ.

**Pytanie 8 dot. zadania 1 pkt. 30**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z automatyczną regulacją przepływu wdechowego i wydechowego?

**Wyjaśnienie:**

Wiążące są zapisy SIWZ.

*Lek. med Andrzej Mielcarek  
Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego  
im. Papieża Jana Pawła II  
w Zamościu*